

CERTIFICAT DE CALIBRAGE 18.1801-135634

Ce certificat comprend 1 page

Instrument vérifié :

Détecteur de gaz portable - Monogaz	
Constructeur	BW
Modèle	GasAlert Extreme CO
N° de Série	J616-M005656
Affectation/Utilisateur : CHSE0002 /	

Délivré à :
PLASTIC OMNIUM- ALPHATEC

60280 - VENETTE

Configuration de l'appareil

Cellule de mesure active			CO Monoxyde de carbone			
Cellule remplacée			non			
Gamme de mesure			0-1 000 ppm			
Alarme basse			30			
Alarme haute			200			
Alarme VME			30			
Alarme VLE			200			

Calibrage

Gaz zéro			Fresh Air			
Gaz de calibrage			CO 100 ppm			
N° de lot du gaz titré			2193675			
Date de validité			juil-2021			
Zéro initial			0			
Zéro final			0			
Sensibilité Initiale			X			
Sensibilité Finale			100.0			

Résultat de la vérification

Bordereau d'intervention :	7390
Le matériel vérifié est déclaré :	CONFORME
Échéance prochain calibrage :	19/07/2018

Calibrage effectué par Dominique PINOTEAU,
le 18/01/2018


Observations - Commentaires

Nous certifions que l'appareil dont les références sont rappelées ci-dessus a été ajusté conformément aux méthodes et recommandations des constructeurs ainsi qu'aux normes en vigueur. L'appareil répond aux spécifications et caractéristiques techniques décrites dans le manuel constructeur. L'ensemble de nos moyens de référence utilisés pour l'ajustage est vérifié périodiquement.