

## A+ METROLOGIE

Agence de ROISSY 294/296, avenue du Bois de la Pie BP 62186 Roissy-En-France 95974 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX Tél: +33 (0)1 48 63 18 18 / Fax: +33 (0)1 48 63 18 28 roissy@aplus-metrologie.fr

## **CONSTAT DE VERIFICATION**

VERIFICATION REPORT

N°: 221804A00257CV

DELIVRE A:

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SERVICES

ISSUED TO:

Centre ALPHATECH 136, rue des Hureaux 60280 VENETTE

IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT

IDENTIFICATION OF THE INSTRUMENT

Désignation :

**ENCEINTE THERMOSTATIQUE** 

Designation:

Constructeur: **CLIMATS** 

Manufacturer:

Type:

Туре:

10000T60/27

N° de Série: Serial number

56766020110010

N° d'identification: CSCR0007

Identification number:

CONDITIONS DE VERIFICATION

CONDITIONS OF CALIBRATION

Référence ou critère:

22/03/2018)

Reference standard:

Procédure de vérification:

PT-00ET-02

Verification procedure:

Conditions d'environnement: Voir tableaux de résultats du rapport.

Environmental condition:

Lieu de vérification:

Laboratoire

Verification place:

Vérifié par:

Arnaud LE PETITCORPS

Client (Bilan intervention du

Calibrated by:

Date de la vérification:

19/03/2018

Date of verification:

## **INSTRUMENT DECLARE** CONFORME après REGLAGE

(sur les programmes vérifiés - voir rapport d'essai N°221804A00257CV)

**OBSERVATIONS:** 

Observations:

REGLAGE DE L'OFFSET

EMT: ± 2°C Paliers -40°C/-15°C/55°C/100°C EMT: ± 3°C Palier 20°C (1 résistance HS)

La déclaration de conformité tient compte de l'incertitude de mesure

LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE

Date d'émission du constat: Date of issue:

22/03/2018

The head of Laboratory

M. Arnaud LE PETITCORPS

Ce document comprend 1 page.

This document includes 1 page.

CE CONSTAT DE VERIFICATION GARANTIT LE RACCORDEMENT DES RESULTATS AU SYSTÈME INTERNATIONAL D'UNITES (SI) CE DOCUMENT NE PEUT ETRE UTILISE EN LIEU ET PLACE D'UN RAPPORT D'ESSAI.

LA REPRODUCTION DE CE CONSTAT N'EST AUTORISEE QUE SOUS FORME DE FAC -SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL

THIS VERIFICATION REPORT GUARANTEES THAT THE RESULTS CAN BE TRACED TO THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SI) THIS DOCUMENT MAY NOT BE USED INSTEAD OF A REPORT

THIS DOCUMENT MAY NOT BE REPRODUCED OTHER THAN IN FULL BY PHOTOGRAPHIC PROCESS

Accréditation N° 1-1601 Portée disponible sur www.cofrac.fr



Carto Edit Version 2-07 (2007)