

Servis postaje M409_Davca

Status:	Rešen	Začetek:	2017-10-03
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:	
Dodeljen:		% Narejeno:	100%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:			
Revizija:		Revizija IPKG:	-
Opis			
<p>Od 2.10.2017 od 18. ure ni podatkov s postaje Davča. ADSL modem je dosegljiv, postaja in serijski strežnik nista dosegljiva.</p> <p>Predvidevamo, da gre za napako na komunikacijski poti od modema v omari RO do računalnika v omari EO.</p>			

Zgodovina

#1 - 2017-10-03 09:29 - Nikola Kostić

- Tema se je spremenilo iz Servis postaje M426 Kocevje v Servis postaje M409 Davča

#2 - 2017-10-04 10:03 - Nikola Kostić

- Status se je spremenilo iz Nov v Rešen

- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

Zamenjano stikalo v RO omari EDS206A.

```
[User.RONB650nk] ▯ ssh root@172.19.134.50
```

root@172.19.134.50's password:

X11 forwarding request failed on channel 0

[illegible]

For further information check:

<http://www.moxa.com/>

```
root@Moxa:~# telnet localhost 60000
```

Entering character mode

Escape character is '^['.

```
Welcome to the CLI terminal. Type 'help' for help on commands.
```

```
jmd(60000)>get ta
```

04/10/2017 08:37:50.0 cpu 0:60002:hmp155d

```
P3045 ch00@cpu 0:60002 016@0035.12.01.22.002 0x0000 96 %RH 0x0002 rel humidity
```

P3010 ch01@cpu 0:60002 016@0035.12.03.22.002 0x0000 9.0 st.C 0x0002 temp air additional Ta

S3045 ch06@cpu 0:60002 016@0035.12.08.22.002 0x0000 0x0002 bit status u16 hmp155

```
04/10/2017 08:38:00.0 cpu 0:60004:pluvio2d
```

P3120 ch03@cpu 0:60004 016@0120.12.04.04.012 0x0000 464.33 mm 0x00000000 acumulated total NRT

P3121	ch05@cpu_0:60004	016@0120.12.06.04.012	0x0000	664.85	mm	0x00000000	bucket_NRT
I3045	ch06@cpu_0:60004	016@0120.12.07.04.012	0x0000	9.7	st.C	0x00000000	temperature_load_cell
I3046	ch07@cpu_0:60004	016@0120.12.08.04.012	0x0000	9.6	st.C	0x00000000	temperature_electronics_unit
I3047	ch08@cpu_0:60004	016@0120.12.09.04.012	0x0000	24.6	V	0x00000000	power_supply
I3048	ch09@cpu_0:60004	016@0120.12.10.04.012	0x0000	8.7	st.C	0x00000000	temperature_orifice_ring_rim
S3120	ch10@cpu_0:60004	016@0120.12.11.04.012	0x0000	0x0000	bit		status_heating
S3121	ch11@cpu_0:60004	016@0120.12.12.04.012	0x0000	0x0000	bit		status_pluvio2
04/10/2017 08:37:00.0 cpu_0:60006:lpmd							
P3124	ch01@cpu_0:60006	016@0123.12.02.06.001	0x0000	0.008	mm/h	0x0000	5min_intensity
P3125	ch02@cpu_0:60006	016@0123.12.03.06.001	0x0000	0.00	mm	0x0000	precipitation_amount
P3126	ch03@cpu_0:60006	016@0123.12.04.06.001	0x0000	51	code	0x0000	5min_SYNOP_tab4680
P3127	ch07@cpu_0:60006	016@0123.12.08.06.001	0x0000	-9.9	dBz	0x0000	1min_radar_reflectivity
I3066	ch10@cpu_0:60006	016@0123.12.11.06.001	0x0000	4011	mV	0x0000	control_voltage
I3067	ch11@cpu_0:60006	016@0123.12.12.06.001	0x0000	9.6	st.C	0x0000	ambient_T
S3124	ch12@cpu_0:60006	016@0123.12.13.06.001	0x0000	0x0000	bit		LPM_status
04/10/2017 08:38:00.0 cpu_0:60008:iod							
P3129	ch00@cpu_0:60008	016@0120.12.01.03.001	0x0000	0	bit		precipitation_duration
P3005	ch08@cpu_0:60008	016@0001.12.02.30.011	0x0000	13.5	st.C		Tair_1000EO800
04/10/2017 08:38:00.0 cpu_0:60010:uc8410iod							
S3001	ch00@cpu_0:60010	016@0001.12.04.30.005	0x0000	001	bit		replace buffer ready
S3002	ch01@cpu_0:60010	016@0001.12.99.30.005	0x0000	0	bit		door_status