

## 3000\_M3000\_Test\_0 (LAB) - Podpora #1263

### Pregled testnih plošč v LAB-u

2018-01-31 11:20 - Nikola Kostić

<b>Status:</b>	Nov	<b>Začetek:</b>	2018-01-31
<b>Prioriteta:</b>	Običajna	<b>Do datuma:</b>	
<b>Dodeljen:</b>		<b>% Narejeno:</b>	50%
<b>Kategorija:</b>		<b>Ocenjen čas:</b>	0.00 ura
<b>Ciljna verzija:</b>		<b>Revizija IPKG:</b>	-
<b>Revizija:</b>			
<b>Opis</b>			
Ugotavljanje in odpravljanje pomankljivosti (testne plošče bober).			

### Zgodovina

#### #1 - 2018-02-02 13:25 - Marko Mlakar

Test\_8:

- wmt702 ( ni senzorja)
- hmp155d (ni senzorja)
- cl31 ( ni senzorja)
- spn1d (ni senzorja)

Ostali senzorji so priključeni.

Vsi senzorji, ki so priključeni so tudi na vizualizaciji.

#### #2 - 2018-02-02 17:13 - Nikola Kostić

- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 50

TREUTNO STANJE PRIKAZANO NA

[http://pivka.arso.sigov.si/redmine/projects/xober\\_dv\\_location/wiki/Wiki](http://pivka.arso.sigov.si/redmine/projects/xober_dv_location/wiki/Wiki)

V NADALJEVANJU SE PREGLEDAJO IP-ji, dopolni u manjjakočimi komponentami, ter pristopi označevanju senzorjev(povezava do doze)