00003_M432_Krvavec - Prijava problema #1475 00003 M432 Krvavec - Ni podatkov iz anemometra WMT702

2018-11-22 15:07 - Marko Mlakar

Status:	Nov	Začetek:	2018-11-22
Prioriteta:	Visoka	Do datuma:	
Dodeljen:	Marko Mlakar	% Narejeno:	0%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:			

Opis

Opazili smo, da ni podatkov iz anemometra WMT702.

Predvidevamo, da gre morda za:

- odpoved porta na UC-8410,
- za okvaro ožičenja nekje na trasi od omare (konektorji) do anemometra (doza, prenapetostna zaščita),
- okvaro WMT702.

V dozi anemometra ni vode – preveril opazovalec pred okoli 10 dnevi.

Naročamo servis na lokaciji (preizkus porta na UC-8410, preizkus/meritev ožičenja, loop back testi) in (če ne gre za okvaro WMT702) vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja.

Obvezno je javljanje takoj po zaključku del.

Prijavitelj:Gregor Žunič

Datoteke

Prijava probl reklamacija - WMT702 00003_M432_Krvavec.doc 96,5 KB 2018-11-22 Marko Mlakar

2018-11-22 1/1