

00436_M424_Kanin - Hrošč #1343

Temperatura postaje na Kaninu ne deluje

2018-05-14 16:56 - Aleš Borštnik

Status:	Zaključen	Začetek:	2018-05-14
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:	
Dodeljen:		% Narejeno:	100%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:		Revizija IPKG:	-
Revizija:			
Opis			
Temperatura postaje na Kaninu ne deluje (vse vrednosti so med +0.1 on +0.2 st.C). Priložen graf. Potrebno poiskati vzrok in odpraviti napako.			

Zgodovina

#1 - 2018-10-02 11:26 - Marko Mlakar

- Datoteka Tair.png dodan
- Status se je spremenilo iz Nov v Zaključen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

Ugotovljen slab kontakt na sponkah , kjer je priklopljen PT100 senzor.

Po ponovnem priklopu senzorja kaže temperaturo v omari.

Priložen graf.

Datoteke

Kanin_Tair.png	44,017 KB	2018-05-14	Aleš Borštnik
Tair.png	250,188 KB	2018-10-02	Marko Mlakar