

## 15011\_G435\_Dornava - Hrošč #1216

### Servis postaje G435\_Dornava - Ponovni Izpad

2017-12-04 09:25 - Marko Mlakar

<b>Status:</b>	Zaključen	<b>Začetek:</b>	2017-12-04
<b>Prioriteta:</b>	Običajna	<b>Do datuma:</b>	
<b>Dodeljen:</b>	Marko Mlakar	<b>% Narejeno:</b>	100%
<b>Kategorija:</b>		<b>Ocenjen čas:</b>	0.00 ura
<b>Ciljna verzija:</b>		<b>Revizija IPKG:</b>	-
<b>Revizija:</b>			
<b>Opis</b>			
<p>Od 30.11.2017 od 1:00 ni prenosa podatkov s postaje 15011_G435_Dornava (Do - 2-09). Zadnja izmerjena napajalna napetost na postaji je bila 12.7 VDC. Postaja ni dosegljiva na IP 172.19.161.27, ni podatkov na spletni strani aplikacije gobervis. Naročamo garancijski pregled postaje, kopiranje dnevnikov s postaje, analizo izpada in ponovno vzpostavitev prenosa podatkov.</p> <p>Komunikacija s postajo je pred kratkim že izpadla, vendar se je samodejno vzpostavila.</p>			

#### Zgodovina

##### #1 - 2017-12-07 15:47 - Marko Mlakar

- Status se je spremenilo iz Nov v Zaključen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

Komunikacija se je vzpostavila samodejno. Network\_sync.sh skripta posodobljena z novejšo.  
Pred tem je bila na postaji skripta starejše verzije, ki ni imela logiranja.