

08710_H428_Potoki_Nadiza - Hrošč #1200

Servis postaje H428_Potoki_Nadiza

2017-11-13 13:55 - Marko Mlakar

Status:	Zaključen	Začetek:	2017-11-13
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:	
Dodeljen:	Marko Mlakar	% Narejeno:	100%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:		Revizija IPKG:	-
Revizija:			
Opis			
Od 10.11.2017 od 9:50 ni prenosa podatkov s postaje 08710_H428_Potoki_Nadiza. Postaja ni dosegljiva na IP 172.19.161.115, ni podatkov na spletni strani aplikacije hobervis. Naročamo garancijski pregled postaje in vzpostavitev prenosa podatkov.			

Zgodovina

#1 - 2017-11-22 09:31 - Marko Mlakar

- Datoteka messages dodan
- Status se je spremenilo iz Nov v Zaključen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

Ob prihodu se ni dalo povezati na postajo preko serijskega porta.

Postajo sem zaradi tega resetiral. Po resetu sem se lahko povezal na postajo.

Pppd povezava se je vzpostavila. Po pregledu log datoteke izgleda, kot da ni deloval pppd od 10.11.-21.11.

Priložena Log datoteka.

Datoteke

Prijava probl, reklamacija - izpad postaje 08710_H428_Potoki_Nadiza.docx	95 KB	2017-11-13	Marko Mlakar
messages	459,868 KB	2017-11-22	Marko Mlakar