



Metrología Consultores
de Nicaragua, S.A.

Certificado de Calibración

Código

NI-MCCC-01

Identificación del certificado:

Código de servicio:

Fecha de calibración:

Fecha de emisión del certificado:

Objeto de calibración:

Marca/Fabricante:

Serie:

Modelo:

Rango:

Intervalo de escala:

Código de identificación:

Solicitante:

Dirección del solicitante:

Lugar de calibración:

NI-MC-T-642-2022

NI-CS-0197-22

2022-05-06

2022-05-09

Calibrador de RTD

Fluke

4414276

712

Depende de la Variable

Depende de la Variable

4414276

Corporación Montelimar

km 62,5 Carretera Montelimar S.A.

Laboratorio #2 Metrocal

Modo fuente

Función	Variable	Rango	División Escala	Indicación Patrón °C	Indicación Equipo °C	Error °C
PT100 385 2 hilos	°C	-200 °C a 800 °C	0,1 °C	-199,6	-200,0	-0,4
				0,3	0,0	-0,3
				99,9	100,0	0,1
				398,9	400,0	1,1
				800,2	800,0	-0,2

Función	Variable	Rango	División Escala	Indicación Patrón °C	Indicación Equipo °C	Error °C
PT1000 (385) 2 hilos	°C	-200 °C a 630 °C	0,1 °C	-200,0	-200,0	0,0
				0,1	0,0	0,1
				99,8	100,0	0,2
				299,7	300,0	0,3
				629,6	630,0	0,4

Función	Variable	Rango	División Escala	Indicación Patrón °C	Indicación Equipo °C	Error °C
Ni120 2 hilos	°C	-80 °C a 260 °C	0,1 °C	-79,7	-80,0	-0,3
				0,2	0,0	-0,2
				60,3	60,0	0,3
				159,8	160,0	0,2
				259,7	260,0	0,3



Bello Horizonte VI etapa, casa #135. De la Iglesia Pío X, 350 m al este Managua, Nicaragua

Email: info@metrocal.co.ni web: www.metrocal.co.ni

Teléfono: (505) 2249 0758

v2 Ap NI-MCPR-01 v6 2019-01-21

Página 1 de 9