



Metrología Consultores
de Nicaragua, S.A.

Certificado de Calibración

Código

NI-MCCC-01

Identificación del certificado:

Código de servicio:

Fecha de calibración:

Fecha de emisión del certificado:

Objeto de calibración:

Fabricante/Marca:

Serie:

Modelo:

Rango de medida:

Resolución:

Código de identificación:

Solicitante:

Dirección del solicitante:

Lugar de calibración:

NI-MC-P-1064-2022

NI-CS-0197-22

2022-05-06

2022-05-09

Calibrador de presión

Fluke

4302851

719 Pro 30G

-8 psi a 20 psi

0,001 psi

4302851

Corporación Montelimar, S.A.

km 62,5 Carretera a Montelimar

Laboratorio #2, Metrocal

Resultados de la calibración

Tabla de resultados de la calibración			
Presión de referencia	Indicación del equipo	Corrección	Incertidumbre expandida K = 2
psi	psi	psi	psi
-7,98	-8,00	0,02	0,15
-4,04	-4,00	-0,04	0,15
5,01	5,01	0,00	0,15
9,96	10,00	-0,04	0,15
19,98	20,01	-0,03	0,15

Resultados en Unidad del Sistema Internacional de Unidades

Tabla de resultados de la calibración			
Presión de referencia	Indicación del equipo	Corrección	Incertidumbre expandida K = 2
kPa	kPa	kPa	kPa
-55,0	-55,2	0,1	1,0
-27,8	-27,6	-0,2	1,0
34,5	34,5	0,0	1,0
68,7	68,9	-0,3	1,0
137,8	138,0	-0,2	1,0

Condiciones ambientales Higrotermómetro NI-MCPPT-05

Temperatura: 21,7 °C ± 0,3 °C

Humedad relativa: 50,5 % ± 1,3 %

Presión atmosférica

Presión (kPa): 1001,0 ± 10,0

