



Metrología Consultores
de Nicaragua, S.A.

Certificado de Calibración

Código

NI-MCCC-0

Identificación del certificado:

Código de servicio:

Fecha de calibración:

Fecha de emisión del certificado:

Objeto de calibración:

Marca/Fabricante:

Serie:

Modelo:

Rango:

Resolución de escala:

Código de identificación:

Solicitante:

Dirección del solicitante:

Lugar de calibración:

NI-MC-VE-080-2022

NI-CS-0197-22

2022-05-06

2022-05-09

Pinza Amperimétrica

Fluke

23530099

773

Depende de la Variable

Depende de la Variable

23530099

Corporación Montelimar

km 62,5 Carretera Montelimar S.A.

Laboratorio #2 Metrocal

Resultados de la calibración

Medición

Variable	Rango	División de escala	Indicación del Patrón (VDC)	Indicación del Equipo (VDC)	Error (VDC)
VDC	0,5 VDC a 20 VDC	0,01 VDC	0,500	0,51	0,01
			5,000	5,08	0,08
			10,000	10,04	0,04
			15,000	15,02	0,02
			20,000	19,99	-0,01

Variable	Rango	División de escala	Indicación del Patrón (mA)	Indicación del Equipo (mA)	Error (mA)
Amperaje	4 mA a 24 mA	0,01 mA	4,000	4,02	0,02
			12,000	12,01	0,01
			16,000	16,03	0,03
			24,000	24,01	0,01

Fuente

Variable	Rango	División de escala	Indicación del Patrón (VDC)	Indicación del Equipo (VDC)	Error (VDC)
VDC	2,5 VDC a 10 VDC	0,01 VDC	2,504	2,50	-0,004
			5,001	5,00	-0,001
			7,506	7,50	-0,006
			10,010	10,00	-0,010



Bello Horizonte VI etapa, casa #135. De la Iglesia Pío X, 350 m al este Managua, Nicaragua

Email: info@metrocal.co.ni web www.metrocal.co.ni

Telefax: 22490758