



Metrología Consultores
de Nicaragua, S.A.

Certificado de Calibración

Código

NI-MCCC-01

Identificación del certificado:

Código de servicio:

Fecha de calibración:

Fecha de emisión del certificado:

Objeto de calibración:

Marca/Fabricante:

Serie:

Modelo:

Rango:

Intervalo de escala:

Código de identificación:

Solicitante:

Dirección del solicitante:

Lugar de calibración:

NI-MC-T-643-2022

NI-CS-0197-22

2022-05-06

2022-05-09

Calibrador de Termocupla

Fluke

5079073

714

Depende de la Variable

Depende de la Variable

5079073

Corporación Montelimar

km 62,5 Carretera Montelimar S.A.

Laboratorio #2 Metrocal


Resultados de la calibración

Modo fuente

Función	Variable	Rango	División Escala	Indicación Patrón °C	Indicación Equipo °C	Error °C
Tipo T	°C	-250 °C a 400 °C	0,1 °C	-250,0	-250,8	-0.8
				0,0	-0,2	0,2
				100,0	99,8	0.2
				200,0	199,9	0.1
				400,1	400,0	0,1

Función	Variable	Rango	División Escala	Indicación Patrón °C	Indicación Equipo °C	Error °C
Tipo E	°C	-250 °C a 1000 °C	0,1 °C	-249,0	-250,0	-1.0
				0,5	0,0	-0,2
				200,3	200,0	-0,1
				500,1	500,0	-0,1
				1 000,0	1 000,0	0,0

Función	Variable	Rango	División Escala	Indicación Patrón °C	Indicación Equipo °C	Error °C
Tipo R	°C	-20 °C a 1 700 °C	0,1 °C	-22	-20,0	2,0
				98	100,0	2,0
				599	600,0	1,0
				1 199	1 200,0	1,0
				1 699	1 700,0	1,0



Bello Horizonte VI etapa, casa #135. De la Iglesia Pío X, 350 m al este Managua, Nicaragua

Email: info@metrocal.co.ni web: www.metrocal.co.ni

Teléfono: (505) 2249 0758

v2 Ap NI-MCPR-01 v6 2019-01-21

Página 1 de 4