

דו"ח בדיקת מאזני ס

דו"ח מס' : 2026-010785

פרטיה לローוח

שם לローוח : יו בב

מספר לローוח : 3

כתובת : עי גת ע יתג

פרטיה המאזני ס

שטיינר : Toledo Mettler

סוג מכשיר : electronic

מספר סידורי יצורן : 5675

כושך הע מסה : -ק"ג

מספרה ל 1 קומות : -

ערוחה לואקה מ שית : (d) -

ערוחה לואקה לכיל : (e) -

רמת דיווק : -

תאריך בדיקה : 11.1.26

תאריך בדיקה הבא : 11.1.27

| ست夷ת דיווק הסקלה וست夷ה מאוי פוס | | | | | | |
|--|-----------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION | | | | | | |
| מסה מוגע מסת | LOAD MASS | קריאה הבוע ליה UPLOAD READING | סטייה הבוע ליה UPLOAD ERROR | קריאה הבוע דה DOWNLOAD READING | סטייה הבוע דה DOWNLOAD ERROR | סטייה המותרת PERMISSIBLE ERROR |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.001 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.001 |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.001 |
| 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.001 |
| 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.001 |

| נקודות מסה LOADING POINT | קריאה הבוע ליה UPLOAD READING | סטייה הבוע ליה UPLOAD ERROR | סטייה המותרת PERMISSIBLE ERROR |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| מרכז | 4.95 | 0 | 0.001 |
| קדמיימין | 4.95 | 0 | 0.001 |
| קדמיישמאל | 4.95 | 0 | 0.001 |
| אחורייםין | 4.95 | 0 | 0.001 |
| אחורישמאל | 4.95 | 0 | 0.001 |

| מסה מוגע מסת LOAD MASS | קריאה מסה MASS READING | סטייה בקורי איה READING ERROR | סטייה מכוורתת PERMISSIBLE ERROR |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 7.5 | 7.5 | 0 | 0.001 |

בדיקותיות ית : תקין
סטטוסה בדיקה : PASS

תקן בינלאומי R - 111 O.I.M.L.
ה 1 ה מסחר מפרט עבודה תואם
1 מכ 1 יי לות ע"י משרד התעשייה
בעזרת משקלות המאושרות
המאזניות נ בדקנו
כלhamiyot דות נמדדנו בק"ג
כלזמןינו ס נמדדנו בשני ות.