

מאזניים בדיקת דו"ח

2026-TEST-0001 מספר: דו"ח

הלקוח פרטי
לדוגמה לקוחות הלקוח: שם
C-123 לקוח: מס'
1 והישראל רחוב: כתובת:

המאזניים פרטי
A&D יצרן: שם
electronic מכשיר: סוג
SN5675765 יצרן: סידורי מס'
ק"ג 3 העמסה: כושר
3000 חלוקות: מספר
0.01 (d) ממשית חלוקה ערך
0.01 (e) לכיול חלוקה ערך
III דיוק: רמת
-העמסה: ל תחתון גבול
ק"ג 3 העמסה: ל עליון גבול
6.1.26 בדיקה: תאריך

ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION מאיפוס וסטיה הסקלה דיוק סטיית					
מועמסת מסה LOAD MASS	בעליה קריאה UPLOAD READING	בעליה סטיה UPLOAD ERROR	בירידה קריאה DOWNLOAD READING	בירידה סטיה DOWNLOAD ERROR	מותרת סטיה PERMISSIBLE ERROR
0	0	0	0	0	0.001
5	5.002	0.002	4.998	-0.002	0.01

חזותית: בדיקה
תקין
הבדיקה: סטטוס
שמיש

נבדקו המאזניים
משקולות בעזרת
ומכויילות המאשרות
ו התעשייה משרד ע"י
עבודה מפרט המסחר
בינלאומי תקן תואם
111 - R O.I.M.L.
נמדדו המידות כל
בק"ג
נמדדו הזמנים כל
בשניות.