

דו"ח ב די קת מאזניים

דו"ח מספר: 2026-392617

פרטיהלוקוח

שמהלוקוח: ד וד
מס'לוקוח: 2
כתובת:ג בד כ ב

פרטיהמאזניים

שמיצרן: Toledo Mettler
סוגמכשיר: electronic
מס'סידורי יצרן: 5675
כושרהעמסה: -ק"ג
מספרחלוקות: -
ערךחלוקה ממשית (d): -
ערךחלוקה לכיול (e): -
רמתדיוק: -

תאריךבדיקה: 11.1.26
תאריךבדיקה הבאה: 11.1.27

סטיותדיוק הסקלה ו סטיה מאיפוס					
ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION					
מסהמועמסת	קריאהבעליה	סטיהבעליה	קריאהבירידה	סטיהבירידה	סטיהמותרת
LOAD MASS	UPLOAD READING	UPLOAD ERROR	DOWNLOAD READING	DOWNLOAD ERROR	PERMISSIBLE ERROR
0	0	0	0	0	0.001
0.5	0.5	0	0.5	0	0.001
1	1	0	1	0	0.001
5	5	0	5	0	0.001
10	10	0	10	0	0.001
15	15	0	15	0	0.001

נקודתהעמסה	קריאהבעליה	סטיהבעליה	סטיהמותרת
LOADING POINT	UPLOAD READING	UPLOAD ERROR	PERMISSIBLE ERROR
מרכז	4.95	0	0.001
קדמימין	4.95	0	0.001
קדמישמאל	4.95	0	0.001
אחורימין	4.95	0	0.001
אחורישמאל	4.95	0	0.001

מסהמועמסת LOAD MASS	קריאתהמסה MASS READING	סטיהבקריאה READING ERROR	סטיהמותרת PERMISSIBLE ERROR
7.5	7.5	0	0.001

בדיקהחזותית: תק בין

סטוסהבדיקה: PASS

תקן בינלאומי O.I.M.L. R - 111

והמסחר מפרט עבודה תואם

ו מכווי לות ע"י משרד התעשייה

בעזרת משקולות המאושרות

המאזנייםנבדקו

כלהמידות נמדדו בק"ג

כלהזמנים נמדדו בשניות.