

דו"ח בדיקת מאזניים

תאריך 13.01.26	מספר תעודה 2026-367098
מס' לקוח 2	לקוח דוד
דגם electronic	יצרן Mettler Toledo
מיקום -	סידורי 13214

פרטי בדיקה

שם הלקוח

דוד

מס' לקוח

2

כתובת

החרושת 12 כפר סבא

שם יצרן

Mettler Toledo

סוג מכשיר

electronic

מס' סידורי יצרן

13214

תאריך בדיקה

13.01.26

תאריך בדיקה הבאה

13.01.27

סטטוס הבדיקה

PASS

סטיות דיוק הסקלה וסטיה מאיפוס ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION

מסה מועמסת	קריאה בעליה	סטיה בעליה	קריאה בירידה	סטיה בירידה	סטיה מותרת
0	0	0	0	0	0.001
0.5	0.5	0	0.5	0	0.001
1	1	0	1	0	0.001
5	5	0	5	0	0.001
10	10	0	10	0	0.001
15	15	0	15	0	0.001

בדיקת אי מרכזיות העמסה (פינות) ECCENTRICITY TEST

נקודת העמסה	קריאה בעליה	סטיה בעליה	סטיה מותרת
מרכז	4.95	0	0.001
קדמי ימין	4.95	0	0.001
קדמי שמאל	4.95	0	0.001
אחורי ימין	4.95	0	0.001
אחורי שמאל	4.95	0	0.001

בדיקת הדירות REPEATABILITY TEST

מסה מועמסת	קריאת המסה	סטיה בקריאה	סטיה מותרת
7.5	7.5	0	0.001