

דו"ח בדיקת מאזניים

דו"ח מספר: 2026-458763

פרטיה לקוח

שם לקוח: דוד

מס' לקוח: 2

כתובת: חרוש 12 פרס בא

פרטיהמאזניים

שמיצרן: Toledo Mettler

סוג מכשיר: electronic

מס' סידורי יצרן: 5567

כושרה עמסה: -ק"ג

מספר חלוקות: -

ערך חלוקה ממשית: (d) -

ערך חלוקה לכיול: (e) -

רמת דיוק: -

תאריך בדיקה: 11.1.26

תאריך בדיקה הבאה: 11.1.27

סטיותדיוק הסקלה ו סטיה מאיפוס					
ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION					
מסהמועמסת LOAD MASS	קריאהבעליה UPLOAD READING	סטיהבעליה UPLOAD ERROR	קריאהבירידה DOWNLOAD READING	סטיהבירידה DOWNLOAD ERROR	סטיהמוותרת PERMISSIBLE ERROR
0	0	0	0	0	0.001
0.5	0.5	0	0.5	0	0.001
1	1	0	1	0	0.001
5	5	0	5	0	0.001
10	10	0	10	0	0.001
15	15	0	15	0	0.001

נקודתה עמסה LOADING POINT	קריאהבעליה UPLOAD READING	סטיהבעליה UPLOAD ERROR	סטיהמוותרת PERMISSIBLE ERROR
מרכז	4.95	0	0.001
קדמימין	4.95	0	0.001
קדמישמאל	4.95	0	0.001
אחורימין	4.95	0	0.001
אחורישמאל	4.95	0	0.001

מסהמועמסת LOAD MASS	קריאתה מסה MASS READING	סטיהב קריאה READING ERROR	סטיהמותרת PERMISSIBLE ERROR
7.5	7.5	0	0.001

בדיקהחזותית: תק בין

סטטוסה בדיקה: PASS

תקן בינלאומי O.I.M.L. R - 111

וה מסחר מפרט עבודה תואם

מכויי לות ע"י משרדה תעשייה

בעזרת משקולות המאושרות ו

המאזנייםנבדקו

כלהמידות נמדדו בק"ג

כלהזמנים נמדדו בשניות.