

מאזנייםבדיקת דו"ח

2026-928475 מספר: דו"ח

הלקוחפרטי

ניוסקהלקוח: שם
לקוח: מס'
כתובת:

המאזנייםפרטי

Kern יצרן: שם
electronic מכשיר: סוג
3453435 יצרן: סידורי מס'
ק"ג - העמסה: כושר
חלוקות: מספר
- (d) ממשיית חלוקה ערך
- (e) לכיול חלוקה ערך
- דיוק: רמת
4.1.26 בדיקה: תאריך
4.1.27 הבאה: בדיקה תאריך

מאפוסוסטיה הסקלה דיוק סטיית

ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION

ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION					
מועמסתמסה LOAD MASS	בעליהקריאה UPLOAD READING	בעליהסטיה UPLOAD ERROR	בירידהקריאה DOWNLOAD READING	בירידהסטיה DOWNLOAD ERROR	מותרתסטיה PERMISSIBLE ERROR
0	0	0	0	0	0.001
0.5	0.5	0	0.5	0	0.001
1	1	0	1	0	0.001
5	5	0	5	0	0.001
10	10	0	10	0	0.001
15	15	0	15	0	0.001

אי בדיקת

מרכזיות

העמסה

(פינות)

ECCENTRICITY
TEST

LOADING POINT	UPLOAD READING	UPLOAD ERROR	PERMISSIBLE ERROR
מרכז	4.95	0	0.001
ימיןקדמי	4.95	0	0.001
שמאלקדמי	4.95	0	0.001
ימיןאחורי	4.95	0	0.001
שמאלאחורי	4.95	0	0.001

הדירותבדיקת

REPEATABILITY TEST

LOAD MASS	MASS READING	READING ERROR	PERMISSIBLE ERROR
7.5	7.5	0	0.001

תקיןחזותית: בדיקה
 PASSהבדיקה: סטטוס

משקולות בעזרת נבדקו המאזניים
 משרד ע"י ומכויילות המאשרות
 עבודה מפרט והמסחר התעשייה
 R - 111בינלאומי תקן תואם
 O.I.M.L.
 בק"גנמדדו המידות כל
 בשניות.נמדדו הזמנים כל