

דו"חבדיקת מאזניים

דו"חמספר: 2026-TEST-0001

פרטיהלוקוח

שםהלוקוח: לקוחות לדוגמה
מס'לקוח: C-123
כתובת:רחוב הישראל 1

פרטיהמאזניים

שםיצרן: A&D
סוגמכשיר: electronic
מס'סידורי יצרן: SN5675765
כושרהעמסה: 3ק"ג
מספרחלוקות: 3000
ערךחלוקה ממשית (d): 0.01
ערךחלוקה לכיול (e): 0.01
רמתדיוק: III
גבולתחתון ל העמסה: -
גבולעליון ל העמסה: 3ק"ג
תאריךבדיקה: 6.1.26

סטטיתדיוק הסקלה וסטיה מאיפוס					
ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION					
מסהמועמסת LOAD MASS	קריאהבעליה UPLOAD READING	סטיהבעליה UPLOAD ERROR	קריאהבירידה DOWNLOAD READING	סטיהבירידה DOWNLOAD ERROR	סטיהמותרת PERMISSIBLE ERROR
0	0	0	0	0	0.001
5	5.002	0.002	4.998	-0.002	0.01

בדיקהחזותית: תקין
הבדיקה: שמיש
סטטוס

O.I.M.L. R - 111
תואם תקן בינלאומי
המסחר מפרט עבודה
ע"י משרד התעשייה ו
המאושרות ומכויילות
בעזרת משקולות
המאזנייםנבדקו
המידות נמדדו בק"ג
כל
נמדדו בשניות.
כלהזמנים