

דו"ח בדיקת מאזניים

דו"ח מספר: 2026-655694

פרטי הלקוח

שם הלקוח: יובב

מס' לקוח: 3

כתובת: עיגחעחג

פרטי המאזניים

שם יצרן: Toledo Mettler

סוג מכשיר: electronic

מס' סידורי יצרן: 15

כושר העמסה: ק"ג

מספר חלוקות: -

ערך חלוקה ממשית: (d) -

ערך חלוקה לכיול: (e) -

רמת דיוק: -

תאריך בדיקה: 6.1.26

תאריך בדיקה הבאה: 6.1.27

סטיות דיוק הסקלה וסטיה מאיפוס ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION					
מסה מועמסת LOAD MASS	קריאה בעליה UPLOAD READING	סטיה בעליה UPLOAD ERROR	קריאה בירידה DOWNLOAD READING	סטיה בירידה DOWNLOAD ERROR	סטיה מותרת PERMISSIBLE ERROR
0	0	0	0	0	0.001
0.5	0.5	0	0.5	0	0.001
1	1	0	1	0	0.001
5	5	0	5	0	0.001
10	10	0	10	0	0.001
15	15	0	15	0	0.001

נקודת העמסה LOADING POINT	קריאה בעליה UPLOAD READING	סטיה בעליה UPLOAD ERROR	סטיה מותרת PERMISSIBLE ERROR
מרכז	4.95	0	0.001
קדמי ימין	4.95	0	0.001
קדמי שמאל	4.95	0	0.001
אחורי ימין	4.95	0	0.001
אחורי שמאל	4.95	0	0.001

מסה מועמסת LOAD MASS	קריאת המסה MASS READING	סטיה בקריאה READING ERROR	סטיה מותרת PERMISSIBLE ERROR
7.5	7.5	0	0.001

בדיקה חזותית: תקין
סטוס הבדיקה: PASS

תקן בינלאומי O.I.M.L. R - 111
ו המסחר מפרט עבודה תואם
ומכויילות ע"י משרד התעשייה
בעזרת משקולות המאושרות
המאזניים נבדקו
כל המידות נמדדו בק"ג
כל הזמנים נמדדו בשניות.