

# דו"חבדיקת מאזניים

דו"ח מספר: 2026-901145

## פרטיהלקוח

שמהלקוח: דוד

מס'לקוח: 2

כתובת:גבדכב

## פרטיהמאזניים

שמיצרן: Toledo Mettler

סוגמכשיר: electronic

מס'סידורי יצרן: 567576

כושרהעמסה: -ק"ג

מספרחלוקות: -

ערךחלוקה ממשית (d): -

ערךחלוקה לכיול (e): -

רמתדיוק: -

תאריךבדיקה: 6.1.26

תאריךבדיקה הבאה: 6.1.27

סטיותדיוק הסקלה וסטיה מאיפוס ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION					
מסהמועמסת LOAD MASS	קריאהבעליה UPLOAD READING	סטיהבעליה UPLOAD ERROR	קריאהבירידה DOWNLOAD READING	סטיהבירידה DOWNLOAD ERROR	סטיהמוותרת PERMISSIBLE ERROR
0	0	0	0	0	0.001
0.5	0.5	0	0.5	0	0.001
1	1	0	1	0	0.001
5	5	0	5	0	0.001
10	10	0	10	0	0.001
15	15	0	15	0	0.001

נקודתהעמסה LOADING POINT	קריאהבעליה UPLOAD READING	סטיהבעליה UPLOAD ERROR	סטיהמוותרת PERMISSIBLE ERROR
מרכז	4.95	0	0.001
קדמימין	4.95	0	0.001
קדמישמאל	4.95	0	0.001
אחורימין	4.95	0	0.001
אחורישמאל	4.95	0	0.001

מסהמועמסת LOAD MASS	קריאתהמסה MASS READING	סטיהבקריאה READING ERROR	סטיהמותרת PERMISSIBLE ERROR
7.5	7.5	0	0.001

בדיקהחזותית: תקין  
סטוסהבדיקה: PASS

תקן בינלאומי O.I.M.L. R - 111  
והמסחר מפרט עבודה תואם  
ומכויילות ע"י משרד התעשייה  
בעזרת משקולות המאושרות  
המאזנייםנבדקו  
כלהמידות נמדדו בק"ג  
כלהזמנים נמדדו בשניות.