

דו"ח בדיקת מאזניים

מספר תעודה	2026-769874
תאריך	13.01.26
לקוח	דוד
מס' לקוח	2
יצרן	Mettler Toledo
דגם	electronic
סידורי	12415
מיקום	-

פרטי בדיקה

שם הלקוח	דוד
מס' לקוח	2
כתובת	החרושת 12 כפר סבא
שם יצרן	Mettler Toledo
סוג מכשיר	electronic
מס' סידורי יצרן	12415
תאריך בדיקה	13.01.26
תאריך בדיקה הבאה	13.01.27
סטטוס הבדיקה	PASS

סטיות דיוק הסקלה וסטיה מאיפוס ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION

מסה מועמסת	קריאה בעליה	סטיה בעליה	קריאה בירידה	סטיה בירידה	סטיה מותרת
0	0	0	0	0	0.001
0.5	0.5	0	0.5	0	0.001
1	1	0	1	0	0.001
5	5	0	5	0	0.001
10	10	0	10	0	0.001
15	15	0	15	0	0.001

ECCENTRICITY TEST (פינות) בדיקת אי מרכזיות העמסה

נקודת העמסה	קריאה בעליה	סטיה בעליה	סטיה מותרת
מרכז	4.95	0	0.001
קדמי ימין	4.95	0	0.001
קדמי שמאל	4.95	0	0.001
אחורי ימין	4.95	0	0.001
אחורי שמאל	4.95	0	0.001

REPEATABILITY TEST בדיקת הדירות

מסה מועמסת	קריאת המסה	סטיה בקריאה	סטיה מותרת
7.5	7.5	0	0.001

מסמך זה הופק דיגיטלית מתוך המערכת.