

דו"ח בדיקת מאזניים

13.01.26	תאריך	2026-680363	מספר תעודה
2	מס' לקוח	דוד	לקוח
electronic	דגם	Ohaus	יצרן
-	מיקום	123	סידורי

פרטי בדיקה	
שם הלקוח	דוד
מס' לקוח	2
כתובת	החרושת 12 כפר סבא
שם יצרן	Ohaus
סוג מכשיר	electronic
מס' סידורי יצרן	123
תאריך בדיקה	13.01.26
תאריך בדיקה הבאה	13.01.27
סטטוס הבדיקה	PASS

סטיות דיוק הסקלה וסטיה מאיפוס ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION

מסה מועמסת	קריאה בעליה	סטיה בעליה	קריאה בירידה	סטיה בירידה	סטיה מותרת
0	0	0	0	0	0.001
0.5	0.5	0	0.5	0	0.001
1	1	0	1	0	0.001
5	5	0	5	0	0.001
10	10	0	10	0	0.001
15	15	0	15	0	0.001

בדיקת אי מרכזיות העמסה (פינות) ECCENTRICITY TEST

נקודת העמסה	קריאה בעליה	סטיה בעליה	סטיה מותרת
מרכז	4.95	0	0.001
קדמי ימין	4.95	0	0.001

נקודת העמסה	קריאה בעליה	סטיה בעליה	סטיה מותרת
קדמי שמאל	4.95	0	0.001
אחורי ימין	4.95	0	0.001
אחורי שמאל	4.95	0	0.001

REPEATABILITY TEST בדיקת הדירות

מסה מועמסת	קריאת המסה	סטיה בקריאה	סטיה מותרת
7.5	7.5	0	0.001

מסמך זה הופק דיגיטלית מתוך המערכת.