

דו"ח ב די קת מאזניים

דו"ח מספר: 2026-036427

פרטיהלוקוח

שמהלוקוח: יו ב ב
מס'לוקוח: 3
כתובת: עי גח עי חג

פרטיהמאזניים

שםיצרן: Ohaus
סוגמכשיר: electronic
מס'סידורי יצרן: 567567
כושרה ע מסה: -ק"ג
מספרחלוקות: -
ערךחלוקה ממשית (d): -
ערךחלוקה לכיול (e): -
רמתדיוק: -
תאריךבדיקה: 11.1.26
תאריךבדיקה הבאה: 11.1.27

סטיותדיוק הסקלה ו סטיה מאיפוס					
ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION					
מסהמועמסת	קריאהבעליה	סטיהבעליה	קריאהבירידה	סטיהבירידה	סטיהמותרת
LOAD MASS	UPLOAD READING	UPLOAD ERROR	DOWNLOAD READING	DOWNLOAD ERROR	PERMISSIBLE ERROR
0	0	0	0	0	0.001
0.5	0.5	0	0.5	0	0.001
1	1	0	1	0	0.001
5	5	0	5	0	0.001
10	10	0	10	0	0.001
15	15	0	15	0	0.001

נקודתה ע מסה	קריאהבעליה	סטיהבעליה	סטיהמותרת
LOADING POINT	UPLOAD READING	UPLOAD ERROR	PERMISSIBLE ERROR
מרכז	4.95	0	0.001
קדמימין	4.95	0	0.001
קדמישמאל	4.95	0	0.001
אחורימין	4.95	0	0.001
אחורישמאל	4.95	0	0.001

מסהמועמסת LOAD MASS	קריאתה מסה MASS READING	סטיהב קריאה READING ERROR	סטיהמותרת PERMISSIBLE ERROR
7.5	7.5	0	0.001

בדיקהחזותית: תק בין
סטוסה בדיקה: PASS

תקן בינלאומי O.I.M.L. R - 111
והמסחר מפרט עבודה תואם
ו מכווי לות ע"י משרד התעשייה
בעזרת משקולות המאושרות
המאזנייםנבדקו
כלהמידות נמדדו בק"ג
כלהזמנים נמדדו בשניות.