

# דו"חבדיקת מאזניים

דו"חמספר : 2026-505767

## פרטיהלוקוח

שםהלוקוח : יוסי  
מס'לוקוח : 1  
כתובת : יחסיחם

## פרטיהמאזניים

שמיצרן : Toledo Mettler  
סוגמכשיר : electronic  
מס'סידורי יצרן : 56725  
כושרהעמסה : -ק"ג  
מספרחלוקות : -  
ערךחלוקה ממשית (d) : -  
ערךחלוקה לכיול (e) : -  
רמתדיוק : -

תאריךבדיקה : 7.1.26  
תאריךבדיקה הבאה : 7.1.27

סטיותדיוק הסקלה וסטיה מאיפוס ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION					
מסהמועמסת LOAD MASS	קריאהבעליה UPLOAD READING	סטיהבעליה UPLOAD ERROR	קריאהבירידה DOWNLOAD READING	סטיהבירידה DOWNLOAD ERROR	סטיהמותרת PERMISSIBLE ERROR
0	0	0	0	0	0.001
0.5	0.5	0	0.5	0	0.001
1	1	0	1	0	0.001
5	5	0	5	0	0.001
10	10	0	10	0	0.001
15	15	0	15	0	0.001

נקודתהעמסה LOADING POINT	קריאהבעליה UPLOAD READING	סטיהבעליה UPLOAD ERROR	סטיהמותרת PERMISSIBLE ERROR
מרכז	4.95	0	0.001
קדמימין	4.95	0	0.001
קדמישמאל	4.95	0	0.001
אחורימין	4.95	0	0.001
אחורישמאל	4.95	0	0.001

מסהמוע מסת LOAD MASS	קריאתה מסה MASS READING	סטיהבקריאה READING ERROR	סטיהמותרת PERMISSIBLE ERROR
7.5	7.5	0	0.001

בדיקהחזותית :תקין

סטטוס ה בדיקה : PASS

תקן בינלאומי O.I.M.L. R - 111

ו ה מסחר מפרט עבודה תואם

ומכ ו יילות ע"י משרד התעשייה

בעזרת משקולות ה מאושרות

המאזניים נבדקו

כלהמידות נמדדו בק"ג

כלהזמנים נמדדו בשניות.