

מאזניים בדיקת דו"ח

2026-197793 מספר: דו"ח

הלקוח פרטי

דוד הלקוח: שם

2 לקוח: מס'

גבדכב כתובת:

המאזניים פרטי

Mettler Toledo יצרן: שם

electronic מכשיר: סוג

1454 יצרן: סידורי מס'

ק"ג - העמסה: כושר

מספר - חלוקות:

(d) ממשית חלוקה ערך

(e) לכיול חלוקה ערך

רמת: דיוק:

6.1.26 בדיקה: תאריך

6.1.27 הבאה: בדיקה תאריך

מאפוס וסטיה הסקלה דיוק סטיית ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION					
מועמסת מסה LOAD MASS	בעליה קריאה UPLOAD READING	בעליה סטיה UPLOAD ERROR	בירידה קריאה DOWNLOAD READING	בירידה סטיה DOWNLOAD ERROR	מותרת סטיה PERMISSIBLE ERROR
0	0	0	0	0	0.001
0.5	0.5	0	0.5	0	0.001
1	1	0	1	0	0.001
5	5	0	5	0	0.001
10	10	0	10	0	0.001
15	15	0	15	0	0.001

העמסה נקודת LOADING POINT	בעליה קריאה UPLOAD READING	בעליה סטיה UPLOAD ERROR	מותרת סטיה PERMISSIBLE ERROR
מרכז	4.95	0	0.001
ימין קדמי	4.95	0	0.001
שמאל קדמי	4.95	0	0.001
ימין אחורי	4.95	0	0.001
שמאל אחורי	4.95	0	0.001

מועמסת מסה LOAD MASS	המסה קריאת MASS READING	בקריאה סטיה READING ERROR	מותרת סטיה PERMISSIBLE ERROR
7.5	7.5	0	0.001

תקין חזותית: בדיקה  
PASS הבדיקה: סטטוס

בעזרת נבדקו המאזניים  
ומכויילות המאושרות משקולות  
והמסחר התעשייה משרד ע"י  
תקן תואם עבודה מפרט  
R.O.I.M.L. - 111 בינלאומי  
בק"ג גמדדו המידות כל  
בשניות. גמדדו הזמנים כל