

דו"ח בד יקת מאזני ם

דו"ח מספר : 2026-802823

פרטיה לקוח

שפה לקוח : יו סי
מס'לקוח : 1
כתובת : יחס יחס

פרטיהמאזני ם

שמיצרן : Toledo Mettler
סוגמכ שיר : electronic
מס'סידורי יצרן : 24243
כושר הע מסה : -ק"ג
מספרח לו קות : -
ערךח לוקה מ מ שית : (d) -
ערךח לוקה ל כיוול : (e) -
רמת דיוק : -
תאריך בדיקה : 11.1.26
תאריך בדיקה ה באה : 11.1.27

סטיות דיוק הסקלה ו סתיה מאי פוס					
ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION					
מסהמוע מסת	קריאהבע ליה	סטיהבע ליה	קריאהבירי דה	סטיהבירי דה	סטיהמותרת
LOAD MASS	UPLOAD READING	UPLOAD ERROR	DOWNLOAD READING	DOWNLOAD ERROR	PERMISSIBLE ERROR
0	0	0	0	0	0.001
0.5	0.5	0	0.5	0	0.001
1	1	0	1	0	0.001
5	5	0	5	0	0.001
10	10	0	10	0	0.001
15	15	0	15	0	0.001

נקודתהע מסה	קריאהבע ליה	סטיהבע ליה	סטיהמותרת
LOADING POINT	UPLOAD READING	UPLOAD ERROR	PERMISSIBLE ERROR
מרכז	4.95	0	0.001
קדמיימין	4.95	0	0.001
קדמישמאל	4.95	0	0.001
אחוריימין	4.95	0	0.001
אחורישמאל	4.95	0	0.001

מסהמוע מסת LOAD MASS	קריאת ה מסה MASS READING	סטיהבקרי אה READING ERROR	סטיהמותרת PERMISSIBLE ERROR
7.5	7.5	0	0.001

בדיקהחזות ית :תקין
סטטוסה בדיקה : PASS

תקן בינלאומי O.I.M.L. R - 111
ה ו ה מסחר מפרט עבודה תואם
ו מכ ו יי לות ע"י משרד התעשיי
בע זרת משקולות המאושרות
המאזניים נ בדקו
כלהמי דות נמדדו בק"ג
כלהזמני ם נמדדו בשני ות.