

# דו"חבדיקת מאזניים

דו"חמספר : 2026-264776

## פרטיה לקוח

שם לקוח : יוסי

מס'לקוח : 1

כתובת : יחסי חס

## פרטיהמאזניים

שםיצרן : Ohaus

סוגמכשיר : electronic

מס'סידורי יצרן : 456456

כושר העמסה : -ק"ג

מספרחלוקות : -

ערךחלוקה ממית (d) : -

ערךחלוקה לכיול (e) : -

רמתדיוק : -

תאריךבדיקה : 7.1.26

תאריךבדיקה הבאה : 7.1.27

סטיותדיוק הסקלה ו סטיה מאי פוס					
ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION					
מסהמועמסת LOAD MASS	קריאהבע ליה UPLOAD READING	סטיהבע ליה UPLOAD ERROR	קריאהבירי דה DOWNLOAD READING	סטיהבירי דה DOWNLOAD ERROR	סטיהמותרת PERMISSIBLE ERROR
0	0	0	0	0	0.001
0.5	0.5	0	0.5	0	0.001
1	1	0	1	0	0.001
5	5	0	5	0	0.001
10	10	0	10	0	0.001
15	15	0	15	0	0.001

נקודתהעמסה LOADING POINT	קריאהבע ליה UPLOAD READING	סטיהבע ליה UPLOAD ERROR	סטיהמותרת PERMISSIBLE ERROR
מרכז	4.95	0	0.001
קדמימין	4.95	0	0.001
קדמישמאל	4.95	0	0.001
אחורימין	4.95	0	0.001
אחורישמאל	4.95	0	0.001

מסהמוע מסת LOAD MASS	קריאתה מסה MASS READING	סטיהבקרי אה READING ERROR	סטיהמותרת PERMISSIBLE ERROR
7.5	7.5	0	0.001

בדיקהחזות ית :תקין  
סטטוסה בדיקה : PASS

תקן בינלאומי O.I.M.L. R - 111  
ה ו ה מסחר מפרט עבודה תואם  
ו מכ ו יי לות ע"י משרד התעשיי  
בעזרת משקולות המאושרות  
המאזניים נ בדקו  
כלהמי דות נמדדו בק"ג  
כלהזמני ם נמדדו בשני ות.