

דו"חבדיקת מאזניים

דו"ח מספר : 2026-094077

פרטיהלקוח

שם לקוח : יובב

מס'לקוח : 3

כתובת : עיגחעיהג

פרטיהמאזניים

שםיצרן : Ohaus

סוגמכשיר : electronic

מס'סידורי יצרן : 67868

כושרהע מסה : -ק"ג

מספרחלוקות : -

ערךחלוקה ממשית : (d) -

ערךחלוקה לכיול : (e) -

רמתדיוק : -

תאריךבדיקה : 7.1.26

תאריךבדיקה הבאה : 7.1.27

סטיותדיוק הסקלה ו סטיה מאיפוס					
ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION					
מסהמוע מסת	קריאהבעליה	סטיהבעליה	קריאהבירידה	סטיהבירידה	סטיהמותרת
LOAD MASS	UPLOAD READING	UPLOAD ERROR	DOWNLOAD READING	DOWNLOAD ERROR	PERMISSIBLE ERROR
0	0	0	0	0	0.001
0.5	0.5	0	0.5	0	0.001
1	1	0	1	0	0.001
5	5	0	5	0	0.001
10	10	0	10	0	0.001
15	15	0	15	0	0.001

נקודתהע מסה	קריאהבעליה	סטיהבעליה	סטיהמותרת
LOADING POINT	UPLOAD READING	UPLOAD ERROR	PERMISSIBLE ERROR
מרכז	4.95	0	0.001
קדמיימין	4.95	0	0.001
קדמישמאל	4.95	0	0.001
אחוריימין	4.95	0	0.001
אחורישמאל	4.95	0	0.001

מסהמוע מסת LOAD MASS	קריאתה מסה MASS READING	סטיהבקריאה READING ERROR	סטיהמותרת PERMISSIBLE ERROR
7.5	7.5	0	0.001

בדיקהחזותית :תקין
סטטוסה בדיקה : PASS

תקן בינלאומי O.I.M.L. R - 111
ו ה מסחר מפרט עבודה תואם
ו מכוילות ע"י משרד התעשייה
בעזרת משקולות ה מאושרות
המאזניים נבדקו
כלהמידות נמדדו בק"ג
כלהזמנים נמדדו בשניות.