

דו"ח בד יקת מאזני ם

דו"ח מספר : 2026-915349

פרטיה לקוח

שמה לקוח : יו ב  
מס'לקוח : 3  
כתובת : עי גחע יחג

פרטיהמאזני ם

שמיצרן : Ohaus  
סוגמכ שיר : electronic  
מס'סידורי יצרן : 34535  
כושר הע מסה : -ק"ג  
מספרח לו קות : -  
ערךח לוקה מ מ שית : (d) -  
ערךח לוקה ל כיוול : (e) -  
רמת דיוק : -  
תאריךבדיקה : 11.1.26  
תאריךבדיקה ה באה : 11.1.27

סטיות דיוק הסקלה ו סתיה מאי פוס					
ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION					
מסהמוע מסת LOAD MASS	קריאהבע ליה UPLOAD READING	סטיהבע ליה UPLOAD ERROR	קריאהבירי דה DOWNLOAD READING	סטיהבירי דה DOWNLOAD ERROR	סטיהמוותרת PERMISSIBLE ERROR
0	0	0	0	0	0.001
0.5	0.5	0	0.5	0	0.001
1	1	0	1	0	0.001
5	5	0	5	0	0.001
10	10	0	10	0	0.001
15	15	0	15	0	0.001

נקודתהע מסה LOADING POINT	קריאהבע ליה UPLOAD READING	סטיהבע ליה UPLOAD ERROR	סטיהמוותרת PERMISSIBLE ERROR
מרכז	4.95	0	0.001
קדמימין	4.95	0	0.001
קדמישמאל	4.95	0	0.001
אחורימין	4.95	0	0.001
אחורישמאל	4.95	0	0.001

מסהמוע מסת LOAD MASS	קריאת ה מסה MASS READING	סטיהבקרי אה READING ERROR	סטיהמותרת PERMISSIBLE ERROR
7.5	7.5	0	0.001

בדיקהחזות ית :תקין  
סטטוסה בדיקה : PASS

תקן בינלאומי O.I.M.L. R - 111  
ה ו ה מסחר מפרט עבודה תואם  
ו מכ ו יי לות ע"י משרד התעשיי  
בעזרת משקולות המאושרות  
המאזניים נ בדקו  
כלהמי דות נמדדו בק"ג  
כלהזמני ם נמדדו בשני ות.