

דו"חבדיקת מאזניים

דו"חמספר : 2026-340074

פרטיה לקוח

שם לקוח : דוד

מס'לקוח : 2

כתובת : ג בד כב

פרטיה מאזניים

שםיצרן : Ohaus

סוגמכשיר : electronic

מס'סידורי יצרן : 5675

כושר העמסה : -ק"ג

מספרחלוקות : -

ערךחלוקה ממית (d) : -

ערךחלוקה לכיול (e) : -

רמתדיוק : -

תאריךבדיקה : 7.1.26

תאריךבדיקה הבאה : 7.1.27

סטיותדיוק הסקלה וסטיהמאפ"ס					
ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION					
מסהמועמסת LOAD MASS	קריאהבעליה UPLOAD READING	סטיהבעליה UPLOAD ERROR	קריאהביריזה DOWNLOAD READING	סטיהביריזה DOWNLOAD ERROR	סטיהמוותרת PERMISSIBLE ERROR
0	0	0	0	0	0.001
0.5	0.5	0	0.5	0	0.001
1	1	0	1	0	0.001
5	5	0	5	0	0.001
10	10	0	10	0	0.001
15	15	0	15	0	0.001

נקודתהעמסה LOADING POINT	קריאהבעליה UPLOAD READING	סטיהבעליה UPLOAD ERROR	סטיהמוותרת PERMISSIBLE ERROR
מרכז	4.95	0	0.001
קדמי ימין	4.95	0	0.001
קדמי שמאל	4.95	0	0.001
אחוריימין	4.95	0	0.001
אחורישמאל	4.95	0	0.001

מסהמוע מסת LOAD MASS	קריאתה מסה MASS READING	סטיהבקרי אה READING ERROR	סטיהמותרת PERMISSIBLE ERROR
7.5	7.5	0	0.001

בדיקהחזות ית :תקין
סטטו ס ה בדיקה : PASS

תקן בין לאו מי O.I.M.L. R - 111
ו ה מסחר מפרט ע בודה תואם
מכ ו יי לות ע"י מ שרד התע שייה
בעזרת מ שקו לות ה מאו שרות ו
המאזניים נ בדקו
כלה מידות נ מדדו בק"ג
כלהז מנים נ מדדו ב שניות.