

מאזנייםבדיקת דו"ח

2026-896031 מספר: דו"ח

הלקוחפרטי

יובבהלקוח: שם

3לקוח: מס'

עגלחעיחגכתובת:

המאזנייםפרטי

A&D יצרן: שם

electronic מכשיר: סוג

67867867867 יצרן: סידורי מס'

ק"ג - העמסה: כושר

חלוקות: מספר

(d) ממשיית חלוקה ערך

(e) לכיול חלוקה ערך

דיוק: רמת

5.1.26 בדיקה: תאריך

5.1.27 הבאה: בדיקה תאריך

מאפיסוססטיה הסקלה דיוק סטיית					
ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION					
מועמסתמסה LOAD MASS	בעליהקריאה UPLOAD READING	בעליהסטיה UPLOAD ERROR	בירידהקריאה DOWNLOAD READING	בירידהסטיה DOWNLOAD ERROR	מותרתסטיה PERMISSIBLE ERROR
0	0	0	0	0	0.001
0.5	0.5	0	0.5	0	0.001
1	1	0	1	0	0.001
5	5	0	5	0	0.001
10	10	0	10	0	0.001
15	15	0	15	0	0.001

העמסהנקודת LOADING POINT	בעליהקריאה UPLOAD READING	בעליהסטיה UPLOAD ERROR	מותרתסטיה PERMISSIBLE ERROR
מרכז	4.95	0	0.001
ימיןקדמי	4.95	0	0.001
שמאלקדמי	4.95	0	0.001
ימיןאחורי	4.95	0	0.001
שמאלאחורי	4.95	0	0.001

מועמסתמסה LOAD MASS	המסהקריאת MASS READING	בקריאהסטיה READING ERROR	מותרתסטיה PERMISSIBLE ERROR
7.5	7.5	0	0.001

תקיןחזותית: בדיקה
PASSהבדיקה: סטטוס

משקולות בעזרת נבדקו המאזניים
משרד ע"י ומכויילות המאושרות
עבודה מפרט והמסחר התעשייה
R - 11בינלאומי תקן תואם
O.I.M.L.
בק"גנמדדו המידות כל
בשניות.נמדדו הזמנים כל