

דו"ח בדיקת מאזניים

דו"ח מספר: 2026-759999

פרטיה לקוח

שם לקוח: דוד

מס' לקוח: 2

כתובת: ג' בד כ

פרטיהמאזניים

שםיצרן: Toledo Mettler

סוגמכשיר: electronic

מס'סידורי יצרן: 342423

כושרה ע מסה: -ק"ג

מספרחלוקות: -

ערךחלוקה ממשית: (d) -

ערךחלוקה לכיול: (e) -

רמתדיוק: -

תאריךבדיקה: 11.1.26

תאריךבדיקה הבאה: 11.1.27

סטיותדיוק הסקלה ו סטיה מאיפוס					
ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION					
מסהמועמסת LOAD MASS	קריאהבעליה UPLOAD READING	סטיהבעליה UPLOAD ERROR	קריאהבירידה DOWNLOAD READING	סטיהבירידה DOWNLOAD ERROR	סטיהמותרת PERMISSIBLE ERROR
0	0	0	0	0	0.001
0.5	0.5	0	0.5	0	0.001
1	1	0	1	0	0.001
5	5	0	5	0	0.001
10	10	0	10	0	0.001
15	15	0	15	0	0.001

נקודתה ע מסה LOADING POINT	קריאהבעליה UPLOAD READING	סטיהבעליה UPLOAD ERROR	סטיהמותרת PERMISSIBLE ERROR
מרכז	4.95	0	0.001
קדמימין	4.95	0	0.001
קדמישמאל	4.95	0	0.001
אחורימין	4.95	0	0.001
אחורישמאל	4.95	0	0.001

מסהמועמסת LOAD MASS	קריאתה מסה MASS READING	סטיהב קריאה READING ERROR	סטיהמותרת PERMISSIBLE ERROR
7.5	7.5	0	0.001

בדיקהחזותית: תק בין

סטטוסה בדיקה: PASS

תקן בינלאומי O.I.M.L. R - 111

וה מסחר מפרט עבודה תואם

ומכויי לות ע"י משרדה תעשייה

בעזרת משקולות המאושרות

המאזנייםנבדקו

כלהמידות נמדדו בק"ג

כלהזמנים נמדדו בשניות.