

דו"ח בד יקת מאזני ם

דו"ח מספר : 2026-206777

פרטיה לקוח

שפה לקוח : יו סי
מס'לקוח : 1
כתובת : יחס יחס

פרטיהמאזני ם

שמיצרן : Toledo Mettler
סוגמכ שיר : electronic
מס'סידורי יצרן : 4353
כושר הע מסה : -ק"ג
מספרח לו קות : -
ערךח לוקה מ מ שית : (d) -
ערךח לוקה ל כיוול : (e) -
רמת דיוק : -
תאריך בדיקה : 11.1.26
תאריך בדיקה ה באה : 11.1.27

ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATIONסטיות דיוק הסקלה ו סטיה מאי פוס					
מסהמוע מסת LOAD MASS	קריאהבע ליה UPLOAD READING	סטיהבע ליה UPLOAD ERROR	קריאהבירי דה DOWNLOAD READING	סטיהבירי דה DOWNLOAD ERROR	סטיהמותרת PERMISSIBLE ERROR
0	0	0	0	0	0.001
0.5	0.5	0	0.5	0	0.001
1	1	0	1	0	0.001
5	5	0	5	0	0.001
10	10	0	10	0	0.001
15	15	0	15	0	0.001

נקודתהע מסה LOADING POINT	קריאהבע ליה UPLOAD READING	סטיהבע ליה UPLOAD ERROR	סטיהמותרת PERMISSIBLE ERROR
מרכז	4.95	0	0.001
קדמימין	4.95	0	0.001
קדמישמאל	4.95	0	0.001
אחורימין	4.95	0	0.001
אחורישמאל	4.95	0	0.001

מסהמוע מסת LOAD MASS	קריאת ה מסה MASS READING	סטיהבקרי אה READING ERROR	סטיהמותרת PERMISSIBLE ERROR
7.5	7.5	0	0.001

בדיקהחזות ית :תקין
סטטוסה בדיקה : PASS

תקן בינלאומי O.I.M.L. R - 111
ה ו ה מסחר מפרט עבודה תואם
ו מכ ו יי לות ע"י משרד התעשיי
בע זרת משקולות המאושרות
המאזניים נ בדקו
כלהמי דות נמדדו בק"ג
כלהזמני ם נמדדו בשני ות.