

검사 성적서

FINAL INSPECTION REPORT · (주)스마텍

SMT-2026-R-000031

발행일: 2026.09.17

01 장비 정보

고객사 · CUSTOMER

R사

장비 · EQUIPMENT

Woosung W2V20

S/N: 1621024

전압: 220V 1PH

02 검사 결과

검사 항목	단위	기준값	측정값	N/A	판정
Vacuum Test (Single)	Torr	9.0 x 10 ⁻³ 이하	3.2 x 10 ⁻³ Torr		PASS
Vacuum (Booster)	Torr				
Vacuum (Scroll)	Torr				
Current (Single)	A	2.5 A 이하	1.1 A		PASS
Current (Booster)	A				
Current (Scroll)	A				
Current (Rotary)	A				
Body temp	°C	80°C 이하	43°C		PASS
Body temp (Booster)	°C				
Body temp (Scroll)	°C				
Body temp (Rotary)	°C				
Leak (sys.mod)	mbar·ℓ/sec	P/F	PASS		PASS
Oil leak	유/무	무	무		PASS
Water leak	유/무	무	무		PASS
Noise	유/무	무	무		PASS
Function test	정상/이상	정상	정상		PASS
Test time	hr	4hr 이상	12hr		PASS
Oil	N/A	TYPE	Mineral / Charge		PASS

03 검사자 확인

검사자 · INSPECTOR

(주)스마텍 서비스팀

확인일 · DATE

2026.09.17