

RT-2049

REPORTE TÉCNICO



Cliente:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. A.	Fecha del Reporte:	2024/03/09
Cotización No:	0553-1	Contacto:	Manasés Alvarado
Técnico:	Xavier Navas	Dirección:	Avenida José Agustín Arango, Juan Díaz

Hora de entrada	10:30 AM	Hora de salida	11:30 AM	Horas de viaje	N/A
-----------------	----------	----------------	----------	----------------	-----

1 DATOS TÉCNICOS DEL INSTRUMENTO

Equipo:	BALANZA ANALIZADORA DE HUMEDAD - LABP-ANH-05			
Marca:	METTLER TOLEDO		ID interno:	LABP-ANH-05
Modelo:	HC103		Capacidad:	101 g
Número de serie:	C131271040		Resolución:	0,001
Contacto:	Manasés Alvarado			

2 SERVICIO A REALIZAR

<input checked="" type="checkbox"/> Calibración	<input type="checkbox"/> Verificación	<input type="checkbox"/> Gestión Metrológica	<input type="checkbox"/> Inspección
<input type="checkbox"/> Instalación	<input type="checkbox"/> Entrega de equipo	<input type="checkbox"/> Retiro de equipos	<input type="checkbox"/> Otros

Observaciones: Certificado ICM-1770

3 DEFICIENCIAS ENCONTRADAS.

<input checked="" type="checkbox"/> Desnivel	<input checked="" type="checkbox"/> Errores de indicación	<input type="checkbox"/> Suciedad	<input type="checkbox"/> Golpes
<input type="checkbox"/> Vibraciones	<input type="checkbox"/> Soporte inadecuadas	<input type="checkbox"/> Corrientes de aire	<input type="checkbox"/> Fuente
<input type="checkbox"/> Averías	<input type="checkbox"/> Falta de componentes	<input type="checkbox"/> Insectos	<input type="checkbox"/> Configuración

Observaciones: Error de 4 mg en 110 g

4 OTROS TRABAJOS REALIZADOS.

<input type="checkbox"/> Nivelación	<input checked="" type="checkbox"/> Ajuste de Linealidad	<input type="checkbox"/> Ajuste de excentricidad	<input type="checkbox"/> Reemplazo de partes
<input checked="" type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Configuración		

Observaciones: S ajustó con 100 g

5 ESTATUS FINAL DEL SERVICIO.


<input checked="" type="checkbox"/> Completo	<input type="checkbox"/> Incompleto
--	-------------------------------------

Observaciones finales: Se entrega operativa

6 OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Notas: N/A


Recibido Por:	Manasés Alvarado	Fecha:	2024/03/09
---------------	------------------	--------	------------




Equipo bajo calibración



Etiqueta del fabricante y etiqueta de calibración



Antes y después del ajuste



Ajuste con pesos externos

Firma Cliente

IC Metrología