STEVIMED
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ STEVIMED
K2-5, KCN Tân Kim mở rộng, H. Cần Giuộc, T. Long An, Viet Nam
Điện thoại: +84 (272) 3900391
Email: info@stevimed.com
Website: www.stevimed.com

CẤU HÌNH SẢN PHẨM
TECHNICAL DATA SHEET

Tên sản phẩm/Name: BỘ KHĂN CHỤP MẠCH VÀNH
Chi tiết/Description: BỘ KHĂN PHẪU THUẬT MẠCH VÀNH S37
Tên Tiếng Anh/EN: **Radial and femoral angiography pack**
Mã sản phẩm/Ref: **TM.08.01-37**
Phiên bản/Version: **TDS ver 1**

No.	Mã/Ref	Tên/Name	SL/Qty	Size (cm)	Mô tả/Descriptions	HDSD/Instructions
1	SP.01.01-20	Khăn trải bàn dụng cụ Table cover reinforced	1	100 x 120	- Khăn được cấu tạo từ hai lớp: Lớp plastic màu và lớp vải không dệt 5 lớp. Cả hai lớp đều không thấm nước đảm bảo đúng nguyên tắc phòng mổ.	- Đặt bộ khăn sao cho chiều hướng của nhãn trải bàn trùng với chiều hướng của bàn dụng cụ. - Tháo lớp giấy decal phía sau khăn trải bàn và dán lên bàn. - Cố định bộ khăn trên bàn. - Mở bộ khăn ra hai bên. - Trải khăn theo chiều mũi tên phủ một bên của bàn. - Trải khăn ở phần còn lại phủ kín bàn.
2	SP.01.01-04	Khăn trải bàn dụng cụ L Table cover reinforced L	2	140 x 200	- Khăn được cấu tạo từ hai lớp: Lớp plastic màu và lớp vải không dệt 5 lớp. Cả hai lớp đều không thấm nước đảm bảo đúng nguyên tắc phòng mổ	- Đặt bộ khăn sao cho chiều hướng của nhãn trải bàn trùng với chiều hướng của bàn dụng cụ. - Tháo lớp giấy decal phía sau khăn trải bàn và dán lên bàn. - Cố định bộ khăn trên bàn. - Mở bộ khăn ra hai bên. - Trải khăn theo chiều mũi tên phủ một bên của bàn. - Trải khăn ở phần còn lại phủ kín bàn.
3	SP.01.02-01	Khăn trải bàn màu Color table cover	1	140 x 200	- Khăn được cấu tạo từ màng plastic màu	- Đặt khăn sao cho chiều hướng của nhãn trải bàn trùng với chiều hướng của bàn dụng cụ. - Tháo lớp giấy decal phía sau khăn trải bàn và dán lên bàn. - Cố định khăn trên bàn. - Mở khăn ra hai bên. - Trải khăn theo chiều mũi tên phủ một bên của bàn. - Trải khăn ở phần còn lại phủ kín bàn.
4	SP.22.01-01	Băng keo OP OP tape	2	10 x 50	- Băng keo y tế, không gây kích ứng da. - Có mối gỡ sẵn, tiện lợi khi sử dụng.	Dùng để cố định các ống dây hoặc dán khăn phẫu thuật lên người bệnh nhân.
5	SP.28.05-01	Túi kim chỉ Suture bag	1	18 x 20	- Được cấu tạo từ plastic trong, có băng keo dầu.	- Được sử dụng để chứa kim chỉ.
6	SP.28.04-01	Túi dụng cụ Instrument bag	1	35 x 40	- Được cấu tạo từ plastic trong, có băng keo dầu.	- Được sử dụng để chứa dụng cụ phẫu thuật.
7	SP.01.22-02	Khăn phủ dụng cụ có keo Utility drape with tape	1	100 x 200	- Khăn được cấu tạo từ plastic trong- Có băng keo y tế, không gây kích ứng da	- Tháo bỏ lớp giấy silicon trên khăn. - Cố định khăn lên máy CEC. - Trải khăn che kín máy.

STEVIMED
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ STEVIMED
K2-5, KCN Tân Kim mở rộng, H. Cần Giuộc, T. Long An, Viet Nam
Điện thoại: +84 (272) 3900391
Email: info@stevimed.com
Website: www.stevimed.com

CẤU HÌNH SẢN PHẨM
TECHNICAL DATA SHEET

Tên sản phẩm/Name: BỘ KHĂN CHỤP MẠCH VÀNH
Chi tiết/Description: BỘ KHĂN PHẪU THUẬT MẠCH VÀNH S37
Tên Tiếng Anh/EN: **Radial and femoral angiography pack**
Mã sản phẩm/Ref: **TM.08.01-37**
Phiên bản/Version: **TDS ver 1**

8	SP.01.22-01	Khăn phủ dụng cụ Instrument cover	1	150 x 160	- Được cấu tạo từ màng plastic 40 micron, có độ trong suốt cao.	- Tháo bỏ lớp giấy silicon trên khăn. - Cố định khăn lên máy CEC. - Trải khăn che kín máy.
9	SP.01.14-01	Khăn không keo thấm Utility drape reinforced	2	30 x 35	- Được cấu tạo từ siêu thấm 130 gsm, có khả năng thấm hút đặc biệt, thấm hút nhanh, hoàn toàn	- Sử dụng để thấm máu, dịch lỏng.
10	SP.01.07-03	Khăn phủ bên Side drape	2	100 x 150	- Chất liệu từ vải không dệt cao cấp 5 lớp, không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện, được gia cố vùng thấm hút đặc biệt, có băng keo y tế, không gây kích ứng da	- Đặt khăn sao cho phần băng keo hướng về phía phẫu trường . - Tháo bỏ lớp giấy silicon trên khăn. - Cố định khăn gần vùng phẫu trường, phía hai bên của bệnh nhân - Trải khăn phủ kín phía hai bên người bệnh nhân
11	SP.01.08-03	Khăn phủ chân Bottom drape	1	160 x 230	- Chất liệu từ vải không dệt cao cấp 5 lớp, không thấm cồn, không thấm nước, chống tĩnh điện, được gia cố vùng thấm hút đặc biệt, có tấm cố định các ống dây và băng keo y tế, không gây kích ứng da	- Đặt khăn sao cho phần băng keo hướng về phía phẫu trường . - Tháo bỏ lớp giấy silicon trên khăn. - Cố định khăn gần vùng phẫu trường, phía chân của bệnh nhân - Trải khăn phủ kín phía chân của bệnh nhân
12	SP.01.09-03	Khăn phủ đầu Top drape	1	170 x 280	- Chất liệu từ vải không dệt cao cấp 5 lớp, không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện, được gia cố vùng thấm hút đặc biệt, có băng keo y tế, không gây kích ứng da - Phần đầu của khăn là màng plastic trong	- Đặt khăn sao cho phần băng keo hướng về phía phẫu trường . - Tháo bỏ lớp giấy silicon trên khăn. - Cố định khăn gần vùng phẫu trường, phía đầu của bệnh nhân - Trải khăn phủ kín phía đầu của bệnh nhân
13	SP.01.13-08	Khăn có keo Utility drape with tape	6	80 x 120	- Khăn được cấu tạo từ vải không dệt 5 lớp SMMMS 50gsm không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện - Có băng keo y tế, không gây kích ứng da	- Đặt khăn sao cho phần nhãn có băng keo y tế hướng về phía phẫu trường. - Gỡ băng keo y tế, dán cố định khăn gần vùng phẫu trường. - Trải khăn phủ lên người bệnh nhân
14	SP.01.20-04	Khăn phủ vùng sinh dục Perineal drape	1	19 x 35	- Khăn được cấu tạo từ vải không dệt 5 lớp 43 gsm, không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện. Có băng keo y tế xung quanh	- Gỡ phần giấy tráng silicon trên băng keo 2 mặt, dán khăn che kín vùng sinh dục của bệnh nhân.


CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ STEVIMED
K2-5, KCN Tân Kim mở rộng, H. Cần Giuộc, T. Long An, Viet Nam
Điện thoại: +84 (272) 3900391
Email: info@stevimed.com
Website: www.stevimed.com

CẤU HÌNH SẢN PHẨM
TECHNICAL DATA SHEET

Tên sản phẩm/Name: BỘ KHĂN CHỤP MẠCH VÀNH
Chi tiết/Description: BỘ KHĂN PHẪU THUẬT MẠCH VÀNH S37
Tên Tiếng Anh/EN: **Radial and femoral angiography pack**
Mã sản phẩm/Ref: **TM.08.01-37**
Phiên bản/Version: **TDS ver 1**

15 VL.19.07-01	Bông nén cầm máu 15mm x 22mm x 35mm (M) Hemostatic cotton 15mm x 22mm x 35mm (M)	1	1.5 x 2.2	- Bông nén cầm máu tiệt trùng có độ cứng phù hợp và an toàn. Bông có bề mặt tiếp xúc lớn, cố định chắc chắn. Chất liệu: Polypropylene, Polyethylene.	Dùng cho việc cầm máu sau khi chụp mạch máu động mạch quay và động mạch đùi (bẹn) bằng cách ép vùng hoặc ép điểm.
16 VL.19.07-02	Bông nén cầm máu 30mm x 35mm x 60mm (L) Hemostatic cotton 30mm x 35mm x 60mm (L)	1	3 x 3.5	- Bông nén cầm máu tiệt trùng có độ cứng phù hợp và an toàn. Bông có bề mặt tiếp xúc lớn, cố định chắc chắn. Chất liệu: Polypropylene, Polyethylene.	Dùng cho việc cầm máu sau khi chụp mạch máu động mạch quay và động mạch đùi (bẹn) bằng cách ép vùng hoặc ép điểm.

Hình ảnh/Picture:



- Soft impermeable
- Bilayer
- Imper Trilayer
- Abs, Imper reinforcement
- Incise film
- Tape
- Clear plastic
- Color plastic
- Adsorbent nonwoven

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ STEVIMED
K2-5, KCN Tân Kim mở rộng, H. Cần Giuộc, T. Long An, Viet Nam
Điện thoại: +84 (272) 3900391
Email: info@stevimed.com
Website: www.stevimed.com

CẤU HÌNH SẢN PHẨM
TECHNICAL DATA SHEET

Tên sản phẩm/Name: BỘ KHĂN CHỤP MẠCH VÀNH
Chi tiết/Description: BỘ KHĂN PHẪU THUẬT MẠCH VÀNH S37
Tên Tiếng Anh/EN: **Radial and femoral angiography pack**
Mã sản phẩm/Ref: **TM.08.01-37**
Phiên bản/Version: **TDS ver 1**

ĐÓNG GÓI/PACKAGING:

Sản phẩm được đóng gói trong bao Tyvek có nắp

PACK /Box 42(w) x 50(l) x 34(h) cm Gross weight:

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG/QUALITY:

Quality system ISO-13485:2016

ỨNG DỤNG/APPLICATIONS:

Bộ khăn được sử dụng trong các ca phẫu thuật mạch vành

LƯU TRỮ/STORAGE:

Lưu trữ trong 3 lớp bao bì (bao bì của sản phẩm, bao PE bên ngoài, và thùng carton dán kín các cạnh)

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU TRÊN NHÃN SẢN PHẨM/ LABEL ICONS SPECIFICATIONS AND DESCRIPTIONS:

- EN - Tên Tiếng Anh
- VI - Tên Tiếng Việt
- REF - Mã sản phẩm
- LOT - Số lô sản phẩm
- Hạn sử dụng
- Không tái sử dụng
- Không tiệt trùng hai lần
- Không sử dụng khi bao bì bị thủng, rách.
- Không chứa cao su thiên nhiên
- Tránh ánh nắng trực tiếp
- 30°C - Nhiệt độ bảo quản tối đa
- STERILE EO - Tiệt trùng bằng khí Etylen Oxit
- MD - Trang thiết bị y tế
- Hệ thống tiệt trùng một rào cản
- Nhà sản xuất

Ngày/Date:.....	Ngày/Date:.....	Ngày/Date:.....
BP RD/ RD Depart.	**Xem xét/Review**	**Phê duyệt/Approval**
(Ký, họ tên/Signature, name)	*(Ký, họ tên/Signature, name)*	*(Ký, họ tên/Signature, name)*