CÔNG TY CỔ PHẦN TY TẾ STEVIMED
K2-5, KCN Tân Kim mở rộng, H. Cần Giuộc, T. Long An, Viet Nam
Điện thoại: +84 (272) 3900391
Email: info@stevimed.com
Website: www.stevimed.com

# CẤU HÌNH SẢN PHẨM
# TECHNICAL DATA SHEET



Tên sản phẩm/Name: BỘ KHĂN PHẪU THUẬT TIM
Chi tiết/Description: BỘ KHĂN MỔ TIM HỞ S15
Tên Tiếng Anh/EN: **Cardiovascular pack**
Mã sản phẩm/Ref: **TM.08.04-15**
Phiên bản/Version: **TDS ver 1**

| No. | Mã/Ref | Tên/Name | SL/Qty | Size (cm) | Mô tả/Descriptions | HDSD/Instructions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP.01.01-04 | Khăn trải bàn dụng cụ L<br>Table cover reinforced L | 1 | 140 x 200 | - Khăn được cấu tạo từ hai lớp: Lớp plastic màu và lớp vải không dệt 5 lớp. Cả hai lớp đều không thấm nước đảm bảo đúng nguyên tắc phòng mổ. | - Đặt bộ khăn sao cho chiều hướng của nhãn trải bàn trùng với chiều hướng của bàn dụng cụ.<br>- Tháo lớp giấy decal phía sau khăn trải bàn và dán lên bàn.<br>- Cố định bộ khăn trên bàn.<br>- Mở bộ khăn ra hai bên.<br>- Trải khăn theo chiều mũi tên phủ một bên của bàn.<br>- Trải khăn ở phần còn lại phủ kín bàn. |
| 2 | SP.01.01-04 | Khăn trải bàn dụng cụ L<br>Table cover reinforced L | 1 | 140 x 200 | - Khăn được cấu tạo từ hai lớp: Lớp plastic màu và lớp vải không dệt 5 lớp. Cả hai lớp đều không thấm nước đảm bảo đúng nguyên tắc phòng mổ. | - Đặt bộ khăn sao cho chiều hướng của nhãn trải bàn trùng với chiều hướng của bàn dụng cụ.<br>- Tháo lớp giấy decal phía sau khăn trải bàn và dán lên bàn.<br>- Cố định bộ khăn trên bàn.<br>- Mở bộ khăn ra hai bên.<br>- Trải khăn theo chiều mũi tên phủ một bên của bàn.<br>- Trải khăn ở phần còn lại phủ kín bàn. |
| 3 | SP.01.14-01 | Khăn không keo thấm<br>Utility drape reinforced | 2 | 30 x 35 | - Được cấu tạo từ siêu thấm 130 gsm, có khả năng thấm hút đặc biệt, thấm hút nhanh, hoàn toàn | - Sử dụng để thấm máu, dịch lỏng. |
| 4 | SP.01.14-03 | Khăn không keo<br>Utility drape | 1 | 100 x 100 | - Vải không dệt 5 lớp SMMMS 50 gsm, thấm hút tốt | - Sử dụng để thấm máu, dịch lỏng. |
| 5 | SP.28.04-01 | Túi dụng cụ<br>Instrument bag | 1 | 35 x 40 | - Được cấu tạo từ plastic trong, có băng keo dầu. | - Được sử dụng để chứa dụng cụ phẫu thuật. |
| 6 | SP.22.01-04 | Băng keo OP<br>OP tape | 2 | 9 x 50 | - Băng keo y tế chất liệu acrylic, co giãn tốt, dính tốt trên da trong thời gian phẫu thuật dài, không gây kích ứng da.<br>- Có mối gỡ sẵn, tiện lợi khi sử dụng. | Dùng để cố định các ống dây hoặc dán khăn phẫu thuật lên người bệnh nhân. |
| 7 | SP.28.05-01 | Túi kim chỉ<br>Suture bag | 1 | 18 x 20 | - Được cấu tạo từ plastic trong, có băng keo dầu. | - Được sử dụng để chứa kim chỉ. |

CÔNG TY CỔ PHẦN TY TẾ STEVIMED
K2-5, KCN Tân Kim mở rộng, H. Cần Giuộc, T. Long An, Viet Nam
Điện thoại: +84 (272) 3900391
Email: info@stevimed.com
Website: www.stevimed.com

# CẤU HÌNH SẢN PHẨM
# TECHNICAL DATA SHEET



Tên sản phẩm/Name: BỘ KHĂN PHẪU THUẬT TIM
Chi tiết/Description: BỘ KHĂN MỔ TIM HỞ S15
Tên Tiếng Anh/EN: **Cardiovascular pack**
Mã sản phẩm/Ref: **TM.08.04-15**
Phiên bản/Version: **TDS ver 1**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SP.01.07-04 | Khăn phủ bên<br>Side drape | 2 | 80 x 120 | - Chất liệu từ vải không dệt cao cấp 5 lớp SMMMS 50gsm, không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện, được gia cố vùng thấm hút đặc biệt, có băng keo y tế, không gây kích ứng da | - Đặt khăn sao cho phần băng keo hướng về phía phẫu trường .<br>- Tháo bỏ lớp giấy silicon trên khăn.<br>- Cố định khăn gần vùng phẫu trường, phía hai bên của bệnh nhân<br>- Trải khăn phủ kín phía hai bên người bệnh nhân |
| 9 | SP.01.08-15 | Khăn phủ chân<br>Bottom drape | 1 | 200 x 250 | -Chất liệu từ vải không dệt cao cấp 5 lớp SMMMS 50gsm, không thấm cồn, không thấm nước, chống tĩnh điện. Được gia cố vùng thấm hút 130 gsm, có băng keo y tế dùng cố định khăn, có tấm cố định ống dây. | - Đặt khăn sao cho phần băng keo hướng về phía phẫu trường .<br>- Tháo bỏ lớp giấy silicon trên khăn.<br>- Cố định khăn gần vùng phẫu trường, phía chân của bệnh nhân<br>- Trải khăn phủ kín phía chân của bệnh nhân |
| 10 | SP.01.09-07 | Khăn phủ đầu<br>Top drape | 1 | 120 x 230 | - Chất liệu từ vải không dệt cao cấp 5 lớp SMMMS 50gsm được gia cố vùng thấm hút đặc biệt và băng keo y tế, không gây kích ứng da, phía đầu khăn được cấu tạo từ màng plastic trong. | - Đặt khăn sao cho phần băng keo hướng về phía phẫu trường .<br>- Tháo bỏ lớp giấy silicon trên khăn.<br>- Cố định khăn gần vùng phẫu trường, phía đầu của bệnh nhân<br>- Trải khăn phủ kín phía đầu của bệnh nhân |
| 11 | SP.01.13-08 | Khăn có keo<br>Utility drape with tape | 5 | 80 x 120 | - Khăn được cấu tạo từ vải không dệt 5 lớp SMMMS 50gsm không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện - Có băng keo y tế, không gây kích ứng da | - Đặt khăn sao cho phần nhãn có băng keo y tế hướng về phía phẫu trường.<br>- Gỡ băng keo y tế, dán cố định khăn gần vùng phẫu trường.<br>- Trải khăn phủ lên người bệnh nhân |
| 12 | SP.01.20-04 | Khăn phủ vùng sinh dục<br>Perineal drape | 1 | 19 x 35 | - Khăn được cấu tạo từ vải không dệt 5 lớp 43 gsm, không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện. Có băng keo y tế xung quanh | - Gỡ phần giấy tráng silicon trên băng keo 2 mặt, dán khăn che kín vùng sinh dục của bệnh nhân. |
| 13 | SP.01.22-03 | Khăn phủ dụng cụ có keo<br>Utility drape with tape | 1 | 100 x 200 | - Khăn được cấu tạo từ vải không dệt 5 lớp SMMMS 50gsm<br>- Có băng keo y tế không gây kích ứng da. | - Tháo bỏ lớp giấy silicon trên khăn.<br>- Cố định khăn lên máy CEC.<br>- Trải khăn che kín máy. |
| 14 | SP.01.22-01 | Khăn phủ dụng cụ<br>Instrument cover | 1 | 150 x 160 | - Được cấu tạo từ màng plastic 40 micron, có độ trong suốt cao. | - Tháo bỏ lớp giấy silicon trên khăn.<br>- Cố định khăn lên máy CEC.<br>- Trải khăn che kín máy. |


CÔNG TY CỔ PHẦN TY TẾ STEVIMED
*K2-5, KCN Tân Kim mở rộng, H. Cần Giuộc, T. Long An, Viet Nam*
*Điện thoại: +84 (272) 3900391*
*Email: info@stevimed.com*
*Website: www.stevimed.com*

# CẤU HÌNH SẢN PHẨM
# TECHNICAL DATA SHEET



Tên sản phẩm/Name: BỘ KHĂN PHẪU THUẬT TIM
Chi tiết/Description: BỘ KHĂN MỔ TIM HỞ S15
Tên Tiếng Anh/EN: **Cardiovascular pack**
Mã sản phẩm/Ref: **TM.08.04-15**
Phiên bản/Version: **TDS ver 1**

## Hình ảnh/Picture:



- Soft impermeable
- Bilayer
- Imper Trilayer
- Abs, Imper reinforcement
- Incise film
- Tape
- Clear plastic
- Color plastic
- Adsorbent nonwoven

**CÔNG TY CỔ PHẦN TY TẾ STEVIMED**
*K2-5, KCN Tân Kim mở rộng, H. Cần Giuộc, T. Long An, Viet Nam*
*Điện thoại: +84 (272) 3900391*
*Email: info@stevimed.com*
*Website: www.stevimed.com*

# CẤU HÌNH SẢN PHẨM
# TECHNICAL DATA SHEET



Tên sản phẩm/Name: BỘ KHĂN PHẪU THUẬT TIM
Chi tiết/Description: BỘ KHĂN MỔ TIM HỞ S15
Tên Tiếng Anh/EN: **Cardiovascular pack**
Mã sản phẩm/Ref: **TM.08.04-15**
Phiên bản/Version: **TDS ver 1**

## ĐÓNG GÓI/PACKAGING:

- Bộ khăn được đóng gói trong bao tyvek có nắp.

5 PACK /Box 42(w) x 50(l) x 34(h) cm Gross weight: 1.8

## TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG/QUALITY:

Quality system ISO-13485:2016

## ỨNG DỤNG/APPLICATIONS:

- Bộ khăn được sử dụng trong các ca phẫu thuật tim.

## LƯU TRỮ/STORAGE:

Lưu trữ trong 3 lớp bao bì (bao bì của sản phẩm, bao PE bên ngoài, và thùng carton dán kín các cạnh)

## GIẢI THÍCH KÝ HIỆU TRÊN NHÃN SẢN PHẨM/ LABEL ICONS SPECIFICATIONS AND DESCRIPTIONS:

| | | |
|---|---|---|
| EN - Tên Tiếng Anh | - Không tái sử dụng | 30°C - Nhiệt độ bảo quản tối đa |
| VI - Tên Tiếng Việt | - Không tiệt trùng hai lần | STERILE EO - Tiệt trùng bằng khí Etylen Oxit |
| REF - Mã sản phẩm | - Không sử dụng khi bao bì bị thủng, rách. | MD - Trang thiết bị y tế |
| LOT - Số lô sản phẩm | LATEX - Không chứa cao su thiên nhiên | - Hệ thống tiệt trùng một rào cản |
| - Hạn sử dụng | - Tránh ánh nắng trực tiếp | - Nhà sản xuất |

| | | |
|---|---|---|
| Ngày/Date:..... | Ngày/Date:..... | Ngày/Date:..... |
| **BP RD/ RD Depart.** | **Xem xét/Review** | **Phê duyệt/Approval** |
| *(Ký, họ tên/Signature, name)* | *(Ký, họ tên/Signature, name)* | *(Ký, họ tên/Signature, name)* |