## DOSIMETRIA ANUAL RELATIVA DE PDDS Y PERFILES DE DOSIS 2024 ACELERADOR ELEKTA SYNERGY FULL SN:153868

Equipamiento utilizado: Fantoma Automático IBA BluePhantom2 SN:15800. Electrómetro IBA CCU SN:23261.

Dosis medida comparada con la dosis calculada en TPS Monaco:

Tamaño de grilla: 0.3 cm (fotones) - 0.1 cm (campos pequeños/electrones).

Incerteza estadistica: 0.1% (fotones) - Nro de historias/cm2: 1M (electrones).

Se realiza análisis Gamma Index con parámetros: Dosis de acuerdo: 2.0 % - Distancia de acuerdo: 2.0 mm

Equipo	Fecha	Detector/SN	Partícula	E_MV/MeV	SSD_cm	TC_cm	Eje	Prof_mm	Gamma_pass	Tolerancia
Synergy	19/05/2024	CC13SN14317	Electrones	6.0	100.0	20.0	Z		84.7	95.0
Synergy	19/05/2024	CC13SN14317	Electrones	9.0	100.0	20.0	Z		75.7	95.0
Synergy	19/05/2024	CC13SN14317	Electrones	12.0	100.0	20.0	Z		72.3	95.0
Synergy	19/05/2024	CC13SN14317	Electrones	15.0	100.0	20.0	Z		85.6	95.0
Synergy	19/05/2024	CC13SN14317	Electrones	6.0	100.0	6.0	Z		69.0	95.0
Synergy	19/05/2024	CC13SN14317	Electrones	9.0	100.0	6.0	Z		79.8	95.0
Synergy	19/05/2024	CC13SN14317	Electrones	12.0	100.0	6.0	Z		79.8	95.0
Synergy	19/05/2024	CC13SN14317	Electrones	15.0	100.0	6.0	Z		93.8	95.0















