



700097, To'shkent, Halqlar Do'stligi ko'chasi, 46-uy
Ma'lumot uchun telefon 278-59-46

H.46 Halqlar Dustligi, Tashkent, 700097
Telefon 278-59-46

02.08.05 № 05-8/1929

№ ga _____

Директору ООО
«Keramika sintez»
Р.Н.Латипову

На Ваше письмо за № 31/-7 от 31 июля сообщаем следующее.

В соответствии с требованиями обеспечения безопасности и охраны здоровья человека при использовании прибора «Керамические инфракрасные излучатели» были проведены исследования этого прибора при работе в разных режимах (в зависимости от используемого излучателя, а так же возможного воздействия от электропреобразователя), отраженные в Заключение № 5-8//1337 от 01.08.05 г., а так же отражен его положительный эффект в качестве местно обеззараживающего воздействия.

Что касается вопроса: кем должны производиться и когда исследования по п.2.4, 2.5, 2.7:

- п.2.3, 2.5 – по этим пунктам исследования проводятся в процессе производства излучателей, при проведении госсаннадзора по соблюдению санитарных требований и охране труда работающих, а так же могут производиться при первом требовании администрации предприятия;
- по п.2.4 – сообщаем, что СанПиН 0032-94, на который была дана ссылка, уже был отменен в 2001 году, поэтому исследования с учетом его требований не проводились;
- по п.2.7 – СанПиН 0015-94 был отменен в 2004 году, кроме того, в нем отражаются ПДК химических веществ в атмосферном воздухе, а не ПДУ физических факторов (электромагнитные поля и инфракрасные лучи) в помещениях (в данном случае в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях).
- п.2.8 – касается утилизации и складирования, отработавших свой срок приборов и отношения к гигиенической сертификации не имеет.

Дубликат Протокола № 3 от 23 февраля 2005 года прилагается.

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

С.Б.ШОУМАРОВ

Исп. Трофимова Е.В.
Миршина О.П.

[illegible]

Улчашни утказди

инж. В. А. Баранников

ХУЛОСА: Уровни электромагнитных полей исследованных приборах ниже чувствительности прибора.

Санитарный врач

О.П.Миршина

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни саклаш вазирлиги		БХУТ быйича КТРК быйича
Муассасанинг номи РесЦГСЭН МЗ РУз		Тиббий хужжат формаси –333/х ЎзР ССВ 2000 йил 29 май 283 сонли буйруқ билан тасдиқлаган

ЭЛЕКТРОМАГНИТ МАЙДОНИ КУЧЛАНИШИНИ УЛЧАШДАГИ 3 СОНЛИ

ПРОТОКОЛ

« 23 » « февраля » 2005й.

1 Улчов утказилган жой НПЦ «Keramika Sintez»

(объект манзили, номи, былим, цех ва бошчалар)

2 Шу ташкилот ходими иштирок этганлиги электорпреобразователь и 4 излучателя

3 Лавозими Директор Фаттахов А.А.
(исми шарифи)

4 Улчашда ишлатилган анжомла НФМ-1 №3631
(номи, маркаси, инвентар сони)

5.Давлат назоратидан ытганлиги ашидаги маълумот №34 январь 2005 г
(сана, шаходатнома сони)

6.Улчаш ва хулоса берилиши шайси асословчи хужжат асосида ытказилди. СанПиН №0099-00 Сан.нормы и правила для медицинского персонала, работающего на физиотерапевтических аппаратах УВЧ-СВЧ-диапазонов; СанПиН №0096-00-.Доп.уровни электромагнитных полей радиочастот. ГОСТ 12.1.006-84. Доп.уровни электромагнитных полей радиочастот
(Санаб ытилади)

7.Улчаш ытказилган хона эскизи, электромагнит нурланиши манбаси ва бошща асбоб ускуналар жойланиши
амда ылчаш нушталари кырсатилган холда.