

اتاق تصویربرداری

فضای اختصاصی رادیوگرافی با الزامات حفاظتی و دسترسی کنترل‌شده.

نکات کلیدی طراحی

- جداسازی از فضاهای پرتردد و بخش کودکان.
- حفاظ سربی برای دیوار، در و پنجره مشاهده.
- چراغ هشدار تابش بالای در ورودی.
- کف مقاوم در برابر بار دستگاه پانورامیک.
- تهویه مستقل به دلیل حرارت تجهیزات.

مشخصات فنی

مقدار	شاخص
۶ تا ۹ مترمربع	مساحت
معادل ۲ میلی‌متر سرب	حفاظ
۳۰۰ لوکس، قابل کم‌نور شدن	روشنایی
۲۰ تا ۲۴ درجه	دما

واژگان کلیدی

اتاق تصویربرداری، حفاظ سربی، CBCT، اپراتور، تهویه مستقل

نکته بهره‌وری انرژی:

کم کردن نور هنگام تصویربرداری، هم کیفیت تصویر را بهتر می‌کند هم مصرف را.