

یونیت دندانپزشکی

یونیت، قلب اتاق درمان است؛ محل قرارگیری آن تعیین‌کننده چیدمان، مسیر حرکت کادر درمان و نیاز روشنایی و برق اتاق است.

نکات کلیدی طراحی

- حداقل فضای پیشنهادی برای هر اتاق یونیت: ۹ تا ۱۲ مترمربع.
- فاصله آزاد حداقل ۹۰ سانتی‌متر در اطراف صندلی برای گردش پزشک و دستیار.
- تأمین برق اختصاصی با ارت مستقل و کلید حفاظت جان (RCD).
- خطوط آب، تخلیه، هوای فشرده و ساکشن از کف یا دیوار پشتی.
- انتخاب یونیت با موتور براشلس و چراغ LED برای کاهش مصرف.

مشخصات فنی

مقدار	شاخص
۸۰۰ تا ۱۵۰۰ وات	توان مصرفی متوسط
۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز	ولتاژ تغذیه
۵ تا ۷ بار	فشار هوای ورودی
۲۰۰ × ۱۰۰ سانتی‌متر	ابعاد تقریبی

واژگان کلیدی

یونیت دندانپزشکی، ارگونومی درمان، موتور براشلس، چراغ RCD، LED.

نکته بهره‌وری انرژی:

چراغ LED به جای هالوژن، مصرف روشنایی هر یونیت را تا حدود ۸۰ درصد کاهش می‌دهد.