

دستگاه رادیوگرافی

بخش تصویربرداری به دلیل الزامات حفاظت در برابر پرتو، به جدارۀ سرب‌کوبی و کنترل تردد نیاز دارد.

نکات کلیدی طراحی

- دیوار اتاق با ورق سرب حداقل ۲ میلی‌متر یا معادل بتنی محافظت شود.
- در اتاق دارای قفل ایمنی و چراغ هشدار «در حال تابش».
- پنجرۀ مشاهده با شیشه سربی برای اپراتور.
- دستگاه دیجیتال (RVG یا CBCT) دُز و مصرف انرژی کمتری دارد.
- موقعیت اتاق دور از فضاهای پرتردد و اتاق انتظار.

مشخصات فنی

مقدار	شاخص
پری‌اپیکال / پانورامیک / CBCT	نوع دستگاه
۱ تا ۲ کیلووات	توان لحظه‌ای
معادل ۲ میلی‌متر سرب	حفاظ مورد نیاز
۶ تا ۹ مترمربع	مساحت پیشنهادی

واژگان کلیدی

رادیوگرافی دندان، CBCT، RVG، حفاظ سربی، پانورامیک

نکته بهره‌وری انرژی:

با سنسور دیجیتال، تاریک‌خانه حذف می‌شود؛ یعنی یک فضای دائماً روشن و تهویه‌شده کمتر.