

اتاق تصویربرداری

فضای اختصاصی رادیوگرافی با الزامات حفاظتی و دسترسی کنترل‌شده.

نکات کلیدی طراحی

- جداسازی از فضاهای پرتردد و بخش کودکان.
- حفاظ سربی برای دیوار، در و پنجره مشاهده.
- چراغ هشدار تابش بالای در ورودی.
- کف مقاوم در برابر بار دستگاه پانورامیک.
- تهویه مستقل به دلیل حرارت تجهیزات.

مشخصات فنی

شاخص	مقدار
مساحت	۶ تا ۹ مترمربع
حفاظ	معادل ۲ میلی‌متر سرب
روشنایی	۳۰۰ لوکس، قابل کم‌نور شدن
دما	۲۰ تا ۲۴ درجه

واژگان کلیدی

اتاق تصویربرداری، حفاظ سربی، CBCT، اپراتور، تهویه مستقل

نکته بهره‌وری انرژی:

کم کردن نور هنگام تصویربرداری، هم کیفیت تصویر را بهتر می‌کند هم مصرف را.