

یونیت دندانپزشکی

یونیت، قلب اتاق درمان است؛ محل قرارگیری آن تعیین‌کننده چیدمان، مسیر حرکت کادر درمان و نیاز روشنایی و برق اتاق است.

نکات کلیدی طراحی

- حداقل فضای پیشنهادی برای هر اتاق یونیت: ۹ تا ۱۲ مترمربع.
- فاصله آزاد حداقل ۹۰ سانتی‌متر در اطراف صندلی برای گردش پزشک و دستیار.
- تأمین برق اختصاصی با ارت مستقل و کلید حفاظت جان (RCD).
- خطوط آب، تخلیه، هوای فشرده و ساکشن از کف یا دیوار پشتی.
- انتخاب یونیت با موتور براشلس و چراغ LED برای کاهش مصرف.

مشخصات فنی

شاخص	مقدار
توان مصرفی متوسط	۸۰۰ تا ۱۵۰۰ وات
ولتاژ تغذیه	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
فشار هوای ورودی	۵ تا ۷ بار
ابعاد تقریبی	۲۰۰ × ۱۰۰ سانتی‌متر

واژگان کلیدی

یونیت دندانپزشکی، ارگونومی درمان، موتور براشلس، چراغ RCD، LED

نکته بهره‌وری انرژی:

چراغ LED به جای هالوژن، مصرف روشنایی هر یونیت را تا حدود ۸۰ درصد کاهش می‌دهد.