تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster

مختبر مستشفى سبت العلاية العام
Sabt Al-Alaya General Hospital — Laboratory

سجل الحرارة والرطوبة (كل 8 ساعات)
Temperature & Humidity Log (every 8 hours)

يُسجَّل 3 مرات يومياً (مثال: 06:00 / 14:00 / 22:00) ويُراجع أسبوعياً
Record 3 times daily (e.g. 06:00 / 14:00 / 22:00); reviewed weekly

bhh-hos-ash-lab@moh.gov.sa

رقم النموذج: Form No.: _____

اسم الجهاز / الرقم: Equipment name / ID: _____ الموقع: Location: _____ الشهر / السنة: Month / Year: _____

المعيار المطبق (ضع علامة حسب السياسة) — Applicable range (tick per policy)

ثلاجة 2 – 8 °م Refrigerator 2 to 8 °C	مجمد 14− إلى 60− °م Freezer −14 to −60 °C	مجمد عميق 14− إلى 80− °م Deep freezer −14 to −80 °C	رطوبة 30 – 60 % Humidity 30 to 60 % RH	حضانة 35 – 37 °م Incubator 35 to 37 °C
☐	☐	☐	☐	☐

يوم Day	ق1 R1	ت Init	ق2 R2	ت Init	ق3 R3	ت Init	يوم Day	ق1 R1	ت Init	ق2 R2	ت Init	ق3 R3	ت Init
1							17						
2							18						
3							19						
4							20						
5							21						
6							22						
7							23						
8							24						
9							25						
10							26						
11							27						
12							28						
13							29						
14							30						
15							31						
16													

ق = قراءة، ت = توقيع الفني. عند الخروج عن المدى أبلغ رئيس القسم فوراً ووثّق الإجراء.
R = reading, Init = initials. If out of range, notify the Head of Lab immediately and document the action.

مشرف فنيي المختبر
Lab Technicians Supervisor
بدر محمد القرني
Badr Mohammed Al-Qarni
التوقيع / التاريخ
Signature / Date

رئيس قسم المختبر
Head of Laboratory
سعد علي سعد القرني
Saad Ali Saad Al-Qarni
التوقيع / التاريخ
Signature / Date

تجمـــع عسيـــر الصحـي
Aseer Health Cluster