M4-042 电位差计：工作回路与示零比较回路



均匀电阻线 AB；滑动点 C 调至检流计示零

$$\mathcal{E}_s = 1.0186\ \text{V},\ \ell_s = 50.00\ \text{cm}$$

$$\ell_x = 72.50\ \text{cm}$$
$$\mathcal{E}_x = \mathcal{E}_s \ell_x / \ell_s = 1.47697\ \text{V}$$