

AED 점검표

Demo AED Org · 점검 연월: 2026-05

장비 정보

제조사	Philips
모델명	HeartStart FRx
일련번호	AED-DEMO-001
설치 위치	본관 1층 로비
본체 유효기간	2035-05-01
패드 교체 예정일	2028-05-01

점검 항목

코드	항목	결과	비고
OP_POWER	본체 전원 표시등 점멸	이상없음	
OP_PAD	환자 부착용 패드	이상없음	
OP_BATTERY	건전지 충전 상태	이상없음	
BX_ALARM	도난경보	이상없음	
BX_GUIDE	보관함 안내문구	이상없음	
BX_EMG	비상연락망	이상없음	
BX_CPR	심폐소생술 안내	이상없음	
BX_EXP	유효기간 표시	이상있음	
LOC_ENT	입구 안내 표지	이상없음	
LOC_DIR	위치/방향 표지	이상없음	
DOC_FILE	관리서류	이상없음	
TIME_24	24시간 이용	이상없음	

결과 요약

총 점검 항목	12
이상없음	11

이상있음	1
------	---

점검자 정보

성명	Inspector One
이메일	inspector1+e8both@gmail.com
연락처	-

서명

[서명 누락]

비고

본체 외관 상단 측면 미세 흠집 확인 — 작동에는 영향 없으나 모니터링 필요.

점검 일시: 2026-05-01 11:09