

자동심장충격기 점검표

기관명 : Demo AED Org 점검 연월 : 2026-05

장비정보

제조사	제품명 또는 모델명	제조번호	제조 연월일
Philips	HeartStart FRx	AED-DEMO-001	2025-05-01

장비유지기간

장비구매일자	본체유효사용가능기한	패드 교체 예정일자
2025-05-01	2035-05-01	2028-05-01

설치위치	본관 1층 로비
------	----------

연번	점검항목	점검결과	
		이상있음	이상없음
1	본체 작동 상태 확인		
	① 본체 작동 상태 확인 (전원 표시 상태등 점멸)		✓
	② 환자 부착용 패드 유무		✓
	*패드 교체 예정일자 : 2028-05-01		
	③ 건전지 충전 상태		✓
	*건전지 교체 예정일자 : 2030-05-01		
2	보관함 상태		
	① 도난경보장치 작동 여부		✓
	② 보관함 각종 안내문구 상태		✓
	③ 비상연락망 표시 여부		✓
	④ 심폐소생술 방법 안내책자 여부		✓
	⑤ 환자부착용 패드 및 건전지 유효기간 표시 여부	✓	
3	자동심장충격기 위치안내 표시		
	① 기관(건물) 입구 안내 표지		✓
	② 기관내 설치 위치 및 방향 표지		✓
4	관리서류 작성 및 비치 여부		
	관리서류 작성 및 비치 여부		✓
5	관리자 변경사항	있음	없음
	① 관리자 이름 : 관리자 전화번호(비상연락처) :		✓
6	장비 사용 가능 시간		
	① 24시간 이용 가능	✓	
	② 24시간 사용 불가		

* 비고 : 본체 외관 상단 측면 미세 흡집 확인 — 작동에는 영향 없으나 모니터링 필요.

점검일 : 2026년 05월 01일

점검자 : Inspector One (서명)