گزارش دبریفینگ

ترجمه‌ی فارسی این گزارش هنوز به تأیید بالینی نرسیده است. متن مرجع، گزارش انگلیسی همین اجراست.

سناریو برونکواسپاسم شدید در بیمار تحت تهویه‌ی مکانیکی

بیمار زن، 45 ساله، 68 kg

زمان شروع جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۳:۵۹ (۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی)

مدت 10:16 زمان شبیه‌سازی‌شده · 2 دقیقه و 18 ثانیه زمان واقعی

اجراکنندگان: _____

اهداف آموزشی

۱. – **قابل ارزیابی نیست** تشخیص برونکواسپاسم از روی ونتیلاتور: فشار اوج بالا، کاپنوگرام به شکل باله‌ی کوسه، auto-PEEP
این هدف قاعده‌ی خودکار ندارد و ارزیابی آن با مربی است.

۲. ✓ **مشاهده شد** درمان با برونکودیلاتور
سالبوتامول (وریدی/نبولایزر) در 02:07

۳. – **قابل ارزیابی نیست** پایش بازگشت حجم جاری تحویلی و حجم دقیقه‌ای هم‌زمان با کاهش احتباس هوا
این هدف قاعده‌ی خودکار ندارد و ارزیابی آن با مربی است.

یافته‌های اندازه‌گیری‌شده

کمترین SpO_2 % 87 در 00:25

کمترین ART M / NIBP M 95 mmHg در 00:25

بیشترین $EtCO_2$ 35 mmHg در 08:53

بیشترین T1 / T2 36.8 °C در 00:01

آزمایش‌ها (مقادیر مدل): آخرین مقدار (کمترین تا بیشترین)

K^+ 4.2 mmol/L (4.2–4.2)

لاکتات 1.0 mmol/L (1.0–1.0)


pH 7.37 (7.33–7.41)

گلوکز 5.6 mmol/L (5.6–5.6)


Tcore 36.8 °C (36.8–36.8)

روندها


bpm **HR**




mmHg **ART M / NIBP M**




% **SpO_2**




mmHg **$EtCO_2$**



/min **awRR / RR**



°C **T1 / T2**



داروها و مایعات

زمان	تجویز
02:07	سالبوتامول (وریدی/نبولایزر) µg 250 وریدی

- سالبوتامول (وریدی/نبولایزر): µg 250 در ۱ نوبت

خط زمانی

زمان	نوع	رویداد
00:00	سناریو	بارگذاری سناریو: برونکواسپاسم شدید در بیمار تحت تهویه‌ی مکانیکی
00:00	سناریو	وضعیت سناریو: برونکواسپاسم شدید
00:00	سناریو	لوله‌ی تراشه در محل
00:00	سناریو	ونتیلاتور: RR 12 /min، VT 500 mL، PEEP 5 cmH_2O، FiO_2 50 %
00:00	سناریو	راه هوایی: برونکواسپاسم
00:00	بیمار	تهویه‌ی کمکی آغاز شد
00:02	اقدام	همه‌ی هشدارها فعال شد
00:03	اقدام	سرعت 4×
00:05	نشانک	نشانک: نشانک ۱ در 00:05
00:09	هشدار	RR بالا
00:10	هشدار	$EtCO_2$ پایین
00:24	هشدار	SpO_2 پایین
02:07	سناریو	وضعیت سناریو: سالبوتامول داده شد: تهویه در حال بهبود
02:07	سناریو	سالبوتامول (وریدی/نبولایزر) 250 µg وریدی
04:07	اقدام	جلوبردن زمان به اندازه‌ی 2 دقیقه
06:21	اقدام	سرعت 8×
06:45	اقدام	جلوبردن زمان به اندازه‌ی 2 دقیقه
09:35	اقدام	سرعت 1×

نشانک‌ها

- 00:05 نشانک: نشانک ۱ در 00:05

محورهای گفت‌وگو

واکنش‌ها

این تجربه چه حسی داشت؟ چه چیزی بیش از همه در ذهنتان مانده است؟

توصیف

در یک یا دو جمله: مشکل چه بود و از چه زمانی متوجه آن شدید؟

تحلیل

یک لحظه‌ی کلیدی را در نظر بگیرید: چه دیدید، به چه فکر کردید و چه کردید؟

جمع‌بندی

یک کار را نام ببرید که ادامه می‌دهید و یک کار را که دفعه‌ی بعد به شکل دیگری انجام می‌دهید.

نکته‌های کلیدی

۱. فشار Peak بالا، کاپنوگرام به شکل باله‌ی کوسه و auto-PEEP: به برونکواسپاسم فکر کنید.
۲. با برونکودیلاتور درمان کنید.
۳. با کاهش احتباس هوا، بازگشت حجم جاری تحویلی و حجم دقیقه‌ای را زیر نظر بگیرید.

یادداشت‌ها

پیوست: یک ردیف برای هر دقیقه

زمان	HR	ART M / NIBP M	SpO_2	$EtCO_2$	awRR / RR	T1 / T2	K^+	لاکتات	pH	گلوکز	Tcore
	bpm	mmHg	%	mmHg	/min	°C	mmol/L	mmol/L		mmol/L	°C
00:00	74	97	96	29	25	36.8	4.2	1.0	7.41	5.6	36.8
01:00	78	97	95	32	14	36.8	4.2	1.0	7.35	5.6	36.8
02:00	78	97	96	32	14	36.8	4.2	1.0	7.34	5.6	36.8
03:00	79	97	96	33	14	36.8	4.2	1.0	7.33	5.6	36.8
04:00	82	97	97	33	14	36.8	4.2	1.0	7.35	5.6	36.8
05:00	85	97	98	33	14	36.8	4.2	1.0	7.36	5.6	36.8
06:00	86	97	98	33	14	36.8	4.2	1.0	7.36	5.6	36.8
07:00	86	97	98	33	14	36.8	4.2	1.0	7.36	5.6	36.8
08:00	86	97	98	34	14	36.8	4.2	1.0	7.37	5.6	36.8
09:00	88	97	98	35	14	36.8	4.2	1.0	7.36	5.6	36.8
10:00	87	97	98	34	14	36.8	4.2	1.0	7.37	5.6	36.8